

**Dräger Alcotest 6810 med**

**Messgenauigkeit**

Die Messgenauigkeit des Dräger Alcotest 6810 med beträgt mindestens:

<i>Atemalkoholkonzentration:</i>	<i>Maximaler Fehler der Wiederholbarkeit mit Ethanolstandard:</i>
0 bis 0,50 mg/l:	0,008 mg/l
≥ 0,50 mg/l:	1,7 % vom Messwert