



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-02/11-03/20

URBROJ: 558-02-01/1-11-4

Zagreb, 11. srpnja 2011.

Državni zavod za mjeriteljstvo na temelju članka 96. Stavak 1 Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) i članka 8. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu („Narodne novine“ broj 163/03, 194/03 i 111/07), u povodu zahtjeva tvrtke Dräger Safety d.o.o., Froudeova 13., 10000 Zagreb, radi izdavanja rješenja o ovlašćivanju za ovlaštenu servis za pregled, popravak i ispitivanje radi pripreme za ovjeravanje uređaja za mjerenje etilnog alkohola u izdahu ispitnika i analizatora plinova, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

RJEŠENJE

I. Ovlašćuje se Dräger Safety d.o.o., Froudeova 13., 10000 Zagreb, za pregled, popravak i ispitivanje radi pripreme za ovjeravanje uređaja za mjerenje etilnog alkohola u izdahu ispitnika i analizatora plinova.

II. Mjerila iz točke I. ovog rješenja ovjeravat će ovlaštenu mjeritelji Državnog zavoda za mjeriteljstvo

III. Brojčana je oznaka ovlaštenog servisa iz točke I. ovog rješenja **605** i pod tim je brojem u popisu ovlaštenih servisa koji vodi Državni zavod za mjeriteljstvo.

IV. Nadzor ovlaštenog servisa iz točke I. ovog rješenja obavljat će Državni zavod za mjeriteljstvo.

V. Ovo rješenje važi 3 (tri) godine

VI. Naknadu za pokriće troškova postupka snosi podnositelj zahtjeva

Obrazloženje

Dräger Safety d.o.o., Froudeova 13., 10000 Zagreb, podnio je 19. svibnja 2011. Državnom zavodu za mjeriteljstvo zahtjev radi izdavanja rješenja o ovlašćivanju za pregled uređaja za mjerenje etilnog alkohola u izdahu ispitnika i analizatora plinova, radi pripreme mjerila za ovjeravanje.

Podnositelj je uz zahtjev priložio svu potrebnu dokumentaciju propisanu Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitnika za ovjeravanje („Narodne novine“, broj 184/04 i 107/09), (u daljnjem tekstu Pravilnik).

Na temelju zaključka ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo: Klasa; UP/I-034-02/11-03/20; Ur. broj: 558-02-01/1-11-2, od 8. lipnja 2011. godine stručno povjerenstvo u sastavu Gordana Vivoda, dipl. ing., Krešimir Pekić, dipl. ing. i Josipa Alerić, dipl. ing. je radi utvrđivanja činjenica neposrednim opažanjem, provelo očevid u prostorijama tvrtke Dräger Safety d.o.o., Froudeova 13.,10000 Zagreb.

U provedenom postupku je utvrđeno da Dräger Safety d.o.o., Froudeova 13.,10000 Zagreb, ispunjava uvjet stručne i tehničke osposobljenosti, ima etalone, mjernu i pomoćnu opremu, ispunjava uvjete prostora za pripremu za ispitivanje mjerila obujma plina i uvjete za radnike te da ima propisanu dokumentaciju sukladno odredbama članka 11. Pravilnika.

Ovjeravanje mjerila iz točke 1. obavljat će ovlašteni mjeritelji Državnog zavoda za mjeriteljstvo na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o mjeriteljstvu.

Nadzor ovlaštenog servisa iz točke I. ovog rješenja obavljati će Državni zavod za mjeriteljstvo.

Naknadu za pokriće troškova postupka snosi podnositelj zahtjeva sukladno Naredbi o visini i načinu plaćanja troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanje mjerila, provjeru pakovina i ispitivanja o osposobljenosti laboratorija („ Narodne novine“ 19/03, 23/03 i 70/03).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od primitka ovog rješenja.



RAVNATELJ

dr. sc. Krešimir Buntak

Dostaviti:

1. Dräger Safety d.o.o., Froudeova 13.,10000 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje