


# Dräger Zubehör und Verbrauchsmaterial auf Kompatibilität getestet

Zubehör und Verbrauchsmaterialien von Dräger sind speziell für die Verwendung mit medizinischen Geräten von Dräger entwickelt. Zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz, zur Reduktion von Risiken sowie zur Gewährleistung der Patientensicherheit testet Dräger sowohl Zubehör- als auch Verbrauchsmaterialien auf Kompatibilität mit seinen medizinischen Geräten.



Mit einer Kompatibilitätserklärung wird zertifiziert, dass ein bestimmtes Produkt zusammen mit dem entsprechenden Gerät getestet wurde. Die Verwendung des Geräts und des entsprechenden Zubehörs ist in der Gebrauchsanweisung des Geräts und des jeweiligen Zubehörteils dokumentiert.

Speziell für Betreiber von medizinischen Geräten, die großen Wert auf Qualität legen, bedeutet das, dass das Dräger Zubehör und Verbrauchsmaterial auf die korrekte

Funktion mit dem entsprechenden Dräger-Gerät getestet wurde.

Diese Seite bietet eine Auswahl verfügbarer Zubehörteile, die mit medizinischen Geräten von Dräger gemäß IEC 60601-2-13 und EN ISO 8835\* getestet wurden.

Verwenden Sie nur von Dräger zugelassenes Zubehör und Verbrauchsmaterial. Andernfalls können die Funktionstüchtigkeit und die Leistung ggf. beeinträchtigt sein.

## DRÄGER QUALITÄTSMODULE

### 1. KOMPATIBILITÄT

2. TESTCENTER
3. BIOKOMPATIBILITÄT
4. MATERIALBELASTBARKEIT
5. HERSTELLERSERVICE
6. ANWENDERTRAINING
7. ARBEITSSICHERHEIT
8. QUALITÄTSCERTIFIKATE

## ZUBEHÖR ZEUS

Name	Beschreibung	Bestellnummer
Atemsysteme	VentStar® Anästhesie ohne Luer-Lock	MP00330
	VentStar® Anästhesie (P) ohne Luer-Lock	MP00331
	VentStar® Basic (P) 150 ohne Luer-Lock	MP00338
Atembeutelsets	VentStar® Atembeutel Set	MP00222
	VentStar® Atembeutel Set (P) 110	MP00384
	VentStar® Atembeutel Set 120	MP00380
	VentStar® Atembeutel Set 150	MP00381

\*Beachten Sie bitte, dass die hier aufgeführten Produkte nur eine Auswahl darstellen. Weitere Produkte sind in der Zubehörliste des jeweiligen Geräts aufgeführt. Für Produkte, die schon länger erhältlich sind und vor Inkrafttreten der Normen IEC 60601-2-13 und EN ISO 8835 für die Verwendung mit dem jeweiligen Gerät freigegeben wurden, ist ggf. keine spezielle Kompatibilitätserklärung verfügbar, da solche Produkte in der gerätespezifischen Zubehörliste aufgeführt sind. Derartiges Zubehör wurde aber im Rahmen der CE-Konformitätsbewertung evaluiert.



Dräger Zeus

Atemfilter/HMEs	HME HumidStar® 55	MP01730	
	HME HumidStar® 2	MP01745	
	Filter CareStar® 30	MP01770	
	Filter SafeStar® 55	MP01790	
	Filter/HME TwinStar® 55	MP01805	
Masken	ComfortStar® Anästhesie Gesichtsmaske mit Hakenring, Standard Größe 0 bis Größe 6	MP01510 MP01511 MP01512 MP01513 MP01514 MP01515 MP01516	
	ComfortStar® Anästhesie Gesichtsmaske mit Hakenring, Erdbeerduft Größe 1 bis Größe 4	MP01521 MP01522 MP01523 MP01524	
	ComfortStar® Anästhesie Gesichtsmaske mit Hakenring, Kaugummiduft Größe 1 bis Größe 4	MP01531 MP01532 MP01533 MP01534	
	ComfortStar® Anästhesie Gesichtsmaske mit Hakenring, Pfefferminzduft Größe 3 bis Größe 6	MP01543 MP01544 MP01545 MP01546	
	LiteStar® Anästhesie Gesichtsmaske ohne Hakenring Größe 1 bis Größe 6	MP01501 MP01502 MP01503 MP01504 MP01505 MP01506	
	Hakenring für LiteStar® Anästhesie Gesichtsmasken (15 mm OD) (Größe 1-2)	MP01551	
	Hakenring für LiteStar® Anästhesie Gesichtsmasken (22 mm ID) (Größe 3-6)	MP01552	
	Kopfband, weicher Stoff, klein, Einweg	MP01559	
	Kopfband, weicher Stoff, groß, Einweg	MP01560	
	Kopfband, weiches Gummi, klein, Einweg	MP01561	
	Kopfband, weiches Gummi, groß, Einweg	MP01562	
	Kopfband, Silikon, klein, wiederverwendbar	MP01557	
	Kopfband, Silikon, groß, wiederverwendbar	MP01558	
	Sensoren	SpiroLife®	MK01900
	Atemkalk	Drägersorb® 800+	MX00001
		Drägersorb® Free	MX50050
		CLIC Absorber 800+	MX00004
		CLIC Absorber Free	MX50100
		CLIC Adapter	MX50090

**HAUPTSITZ**

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**DEUTSCHLAND**

Dräger Medical Deutschland GmbH  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck  
Tel +49 180 52 41 318\*  
Fax +49 451 88 27 20 02  
dsc@draeger.com  
\* Inland: EUR 0,14/min

**ÖSTERREICH**

Dräger Medical Austria GmbH  
Perfektastrasse 67  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 04  
Fax +43 1 699 38 01  
info-austria@draeger.com

**SCHWEIZ**

Dräger Medical Schweiz AG  
Waldeggstrasse 38  
3097 Liebfeld-Bern  
Tel +41 31 978 74 74  
Fax +41 31 978 74 01  
info.ch.md@draeger.com

**Hersteller:**

Dräger Medical GmbH  
23542 Lübeck, Deutschland  
Das Qualitätsmanagementsystem  
der Dräger Medical GmbH  
ist zertifiziert nach den Normen  
ISO 13485, ISO 9001 und nach  
Anhang II.3 der Richtlinie  
93/42/EWG (Medizinprodukte).