

### Dräger-Info Feuerwehr & Industrie

Dezember 2025



### Übersicht zum Ende von Verkauf und Ersatzteillieferung (Reparatur) ausgewählter Dräger-Produkte

- Irrtümer und Änderungen vorbehalten! -

Produkt	Einstellung Vertrieb <sup>1</sup>	Einstellung Service <sup>2</sup>	Einstellung Ersatzteillieferung <sup>3</sup>	Nachfolgeprodukt
<b>Pressluftatmer</b>				
PA 94D <sup>4</sup> (PA 90 Serie)	Mitte 90er Jahre	31.12.2011	31.12.2011	PSS AirBoss
PSS 90 <sup>4</sup>	31.12.2012	31.12.2020	31.12.2020	PSS AirBoss
PSS 100 <sup>4</sup>	31.12.2011	31.12.2020	31.12.2020	PSS AirBoss
PAS-Standard	31.12.2012	31.12.2020	31.12.2020	PSS 4000 /PSS 3000/PAS Lite (Aufbausets verfügbar)
PSS 5000 DP / PSS 7000 PSS 5000 DS	31.12.2023 31.12.2020	31.12.2030 31.12.2024	31.12.2030 31.12.2024	PSS AirBoss (Aufbausets Tragesystem verfügbar, Pneumatik kann weiterverwendet werden)
Bodyguard 7000 (PSS 5000 / 7000)	31.12.2023	31.12.2031	31.12.2031	AirBoss Connect

<sup>4</sup> Pneumatik-Aufbausets zur Aufrüstung auf PSS 7000-Pneumatik: Einstellung Vertrieb 31.12.2025

<sup>1,2,3</sup> Erläuterung von diesen Definitionen s. Seite 9

Produkt	Einstellung Vertrieb <sup>1</sup>	Einstellung Service <sup>2</sup>	Einstellung Ersatzteillieferung <sup>3</sup>	Nachfolgeprodukt
<b>Anzeige und Warneinrichtung</b>				
Bodyguard II (PA)	31.12.2016	31.12.2022	31.12.2023	AirBoss Connect
<b>Telemetrisches Überwachungssystem</b>				
Dräger PSS Merlin	31.12.2025	31.12.2031	31.12.2031	Dräger FireGround
<b>Kreislaufgeräte</b>				
PSS BG4 (Bodyguard II)	31.12.2023	31.12.2028	31.12.2030	BG ProAir
<b>Schlauchgeräte</b>				
ABIL-R	31.03.2021	31.03.2028	31.03.2028	X-plore 9500
<b>Kopfschutz</b>				
HPS 3100	31.12.2015	31.12.2023	31.12.2023	HPS 3500
HPS 4300	31.12.2016	31.12.2023	31.12.2023	HPS 4500
<b>Wärmebildkamera</b>				
UCF 6000 / 7000	31.12.2020	31.12.2028	31.12.2028	UCF FireVista
UCF 8000 / 9000	31.12.2022	31.12.2030	31.12.2030	UCF FireVista
<b>Kommunikationssysteme</b>				
FPS-Com-Plus	31.12.2016	31.12.2023	31.12.2023	FPS Com 5000/7000
HC-COM	31.12.2020	31.12.2027	31.12.2027	HPS COM
C-C 400 / C-C 500	31.12.2019	31.12.2026	31.12.2026	C-C 440 / C-C 550
MS-COM	31.12.2024	31.12.2032	31.12.2032	FPS-COM Voice
<b>Gebläsefiltergeräte</b>				
X-plore 7300	31.12.2022	31.12.2026	31.12.2028	X-plore 8000
<b>Halbmasken</b>				
X-plore 2100	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	X-plore 3300/3500
<b>Filter</b>				
Partikelfilter 882 FMP2 und FMP3	31.08.2023	nicht benötigt	31.08.2023	Bajonett Partikelfilter

<sup>1,2,3</sup> Erläuterung von diesen Definitionen s. Seite 9

Produkt	Einstellung Vertrieb <sup>1</sup>	Einstellung Service <sup>2</sup>	Einstellung Ersatzteillieferung <sup>3</sup>	Nachfolgeprodukt
<b>Prüfgeräte</b>				
Testor 2100/3100	31.12.2016	31.12.2022	31.12.2022	Testor 2500/3500
Quaestor 5000	31.12.2022	31.12.2032	31.12.2033	Quaestor 6000
Quaestor 7000	31.12.2022	31.12.2032	31.12.2033	Quaestor 8000
<b>Sauerstoffseltretter</b>				
Oxy K 50	31.10.2016	31.12.2026	31.12.2026	Oxy SR
<b>Alkohol- und Drogenmesstechnik</b>				
Alcotest 3820	31.12.2020	30.12.2026	30.12.2027	Alcotest 4000
Alcotest 5820	31.10.2020			Alcotest 6000
Alcotest 6820	31.12.2022			Alcotest 7000
Alcotest 6820 med	28.02.2022			Alcotest 7000 med
Alcotest 7110 Evidential	31.12.2013	30.12.2024 (außer Eichung)	31.12.2023	Alcotest 9510 DE

<sup>1,2,3</sup> Erläuterung von diesen Definitionen s. Seite 9

Produkt	Einstellung Vertrieb <sup>1</sup>	Einstellung Service <sup>2</sup>	Einstellung Ersatzteillieferung <sup>3</sup>	Nachfolgeprodukt
<b>Mobile Gasmesstechnik</b>				
Pac 3500/5500/7000	31.12.2019	31.12.2024	31.12.2024	Pac 6x00/8x00
X-am 2500*	30.06.2025			X-am 2800
X-am 5000*	31.12.2025			X-am 5800
X-am 5600*	31.12.2025			X-am 5800
X-am 7000	30.12.2019	31.12.2024	31.12.2026	X-am 8000
CMS-Analyzer	31.12.2017	31.12.2023	31.12.2025	X-act 7000 und Micro Tubes
X-act 5000	30.04.2024	31.12.2029	30.12.2030	X-act 5100 i. Hj 2026
<b>Sensoren</b>				
DrägerSensor XS EC CO HC	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2024	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800
DrägerSensor XS CO2	31.12.2024	30.04.2025	30.04.2025	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800
DrägerSensor XS EC Odorant	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2024	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800
DrägerSensor XS EC OV-A	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2024	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800
DrägerSensor XS EC PH3 HC	31.12.2025	30.06.2026	30.06.2026	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800
DrägerSensor XS EC Amine	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2024	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800
DrägerSensor XS XS-O2 100	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2024	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800
DrägerSensor XS Hydrazin D	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800
DrägerSensor XS EC ClO2	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800

\* in Ausnahmefällen weiterhin verfügbar, sofern es spezielle Gutachten, Sensorbestückung oder Kompatibilität mit anderer Hardware erfordern

<sup>1,2,3</sup> Erläuterung von diesen Definitionen s. Seite 9

Produkt	Einstellung Vertrieb <sup>1</sup>	Einstellung Service <sup>2</sup>	Einstellung Ersatzteillieferung <sup>3</sup>	Nachfolgeprodukt
<b>Sensoren</b>				
DrägerSensor XS R CO	30.04.2023	31.12.2023	31.12.2023	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800
DrägerSensor XS R H2S	30.04.2023	31.12.2023	31.12.2023	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800
DrägerSensor XS R O2 LS	30.04.2023	31.12.2023	31.12.2023	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800
DrägerSensor XS-2 CO	30.04.2023	31.12.2023	31.12.2023	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800
DrägerSensor XS-2 H2S	30.04.2023	31.12.2023	31.12.2023	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800
DrägerSensor XS-2 O2	30.04.2023	31.12.2023	31.12.2023	XXS-Sensor für X-am 8000 / 5800 / 2800
DrägerSensor XXS H2S/CO (6811410)	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2024	DrägerSensor XXS H2S LC/CO LC (6813280 <sup>1</sup> )
DrägerSensor XXS CO 6810882	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2024	DrägerSensor XXS CO LC 6813210
DrägerSensor XXS E O2	30.04.2023	31.12.2023	31.12.2023	Dräger Sensor XXS O2 PR 6800530
DrägerSensor XXS E CO	30.04.2023	31.12.2023	31.12.2023	DrägerSensor XXS CO LC 6813210
DrägerSensor XXS E H2S	30.04.2023	31.12.2023	31.12.2023	DrägerSensor XXS H2S LC 6811525
<b>Sensor Recycling</b> Kostenloses Recycling der alten Sensoren (ab 5 Sensoren sogar mit Abholservice): <a href="https://www.herstellerservice.de/de/sensor-recycling/">https://www.herstellerservice.de/de/sensor-recycling/</a>				

<sup>1,2,3</sup> Erläuterung von diesen Definitionen s. Seite 9

<sup>1</sup> Bitte beachten: Beim dualen Standard-Sensor XXS CO/H2S (6811410) ist der Messbereich für den H2S-Kanal 0 bis 200 ppm, während der duale XXS H2S LC/CO LC (6813280) nur einen Messbereich von 0 bis 100 ppm H2S hat. Sollen die Standardgase CO, H2S und O2 überwacht werden und der Messbereich 0 bis 200 ppm H2S gewünscht sein, bitte folgende Sensor-Kombination wählen: 6811525 XXS H2S LC und 6813275 XXS O2/CO LC

Produkt	Einstellung Vertrieb <sup>1</sup>	Einstellung Service <sup>2</sup>	Einstellung Ersatzteillieferung <sup>3</sup>	Nachfolgeprodukt
<b>Stationäre Gaswarngeräte</b>				
Dräger Flame 1300	21.07.2017	31.12.2025	31.12.2027	Dräger Flame 1500
Dräger Flame 1700	21.07.2017	31.12.2025	31.12.2027	Dräger Flame 1350
Dräger Flame 2000 / 2100	31.12.2022	31.12.2027	31.12.2027	Dräger Flame 1350
Dräger Flame 2300	21.07.2017	31.12.2025	31.12.2027	Dräger Flame 1350
Dräger Flame 2350 / 2370	31.12.2022	31.12.2027	31.12.2027	Dräger Flame 1350
Dräger Flame 2370 für H2	31.12.2022	31.12.2027	31.12.2027	Dräger Flame 1750 H2
Dräger Flame 2500 / 2570	31.12.2022	31.12.2027	31.12.2027	Dräger Flame 1500
Dräger Flame 2700	31.12.2022	31.12.2027	31.12.2027	Dräger Flame 1750 H2
Dräger Polytron Pulsar/ Polytron Pulsar 2/ Polytron Pulsar Duct Mount	31.12.2020	31.12.2026	31.12.2028	Dräger Pulsar 7000 Serie
Dräger Polytron 3000 ND	31.12.2020	31.12.2026	31.12.2028	Dräger Polytron 3000
Dräger Polytron 3000 H2S LC 25 ppm	28.02.2022	31.12.2026	31.12.2028	Dräger Polytron 7000
Dräger Polytron 3000 H2O2 10 ppm & 200 ppm	28.02.2022	31.12.2026	31.12.2028	Dräger Polytron 7000
Dräger Polytron 7000 LON	31.12.2024	31.12.2030	31.12.2032	
Dräger VarioGard Transmitter	01.06.2023	01.06.2029	01.06.2031	Dräger VarioGard Transmitter (neue Gen.)
Dräger VarioGard 3000 Alu	01.06.2023	01.06.2029	01.06.2031	VarioGard 3000 PL
Dräger VarioGard 3000 NO2	01.06.2023	01.06.2029	01.06.2031	VarioGard 3000 NO2 LC
VarioGard Repeater	15.12.2024	15.12.2030	15.12.2032	
Dräger Polytron 7500	30.06.2017	30.06.2023	30.06.2025	
Dräger Polytron 2 IR	31.12.2013	31.12.2021	31.12.2023	Dräger PIR 7000
Dräger Polytron 2 IR CO2	31.12.2013	31.12.2021	31.12.2023	Dräger PIR 7200
Dräger REGARD-1	31.12.2019	31.12.2023	31.12.2023	Dräger REGARD 3000
Dräger REGARD Controller	22.07.2017	19.08.2025	19.08.2027	Dräger REGARD 7000
Dräger REGARD 7000 Standard / Advanced Dashboard 6 HE / 3 HE / TM	30.05.2022	30.05.2029	30.05.2029	Dräger REGARD 7000 Dashboard (neue Gen.)
Polytron SE Ex NPT DQ	31.12.2023	31.12.2029	31.12.2031	Remote Sensor DQ NPT Alu/Edelstahl
PID FALCO 1	01.12.2024	01.12.2030	01.12.2032	PID FALCO 2

<sup>1,2,3</sup> Erläuterung von diesen Definitionen s. Seite 9

Produkt	Einstellung Vertrieb <sup>1</sup>	Einstellung Service <sup>2</sup>	Einstellung Ersatzteillieferung <sup>3</sup>	Nachfolgeprodukt
<b>Stationäre Gaswarngeräte</b>				
PointGard 2100/2200/27x0 Varianten	30.06.2024	30.06.2032	30.06.2034	PointGard 3100 / 3720
PEX 3000 (Typ XTR 0000 / XTR 0010)	31.12.2024	31.12.2030	31.12.2032	
PEX 3000 (Typ XTR 0090)	30.09.2024	30.09.2030	30.09.2032	
<b>Stationäre Gaswarngeräte - Sensoren</b>				
DrägerSensor HCN	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2023	DrägerSensor HCN LC
DrägerSensor EX PR M DD	01.03.2021	31.12.2023	31.12.2023	DrägerSensor PR M DQ
DrägerSensor Ex PR HT M DD	01.03.2021	01.03.2027	01.03.2029	DrägerSensor HT M DQ
DrägerSensor Ex PR NPT DD	31.10.2021	31.12.2021	31.12.2023	DrägerSensor PR NPT DQ
DrägerSensor EX PR UL	31.03.2022	31.03.2023	31.12.2023	
DrägerSensor NO2	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	DrägerSensor NO2 LC
DrägerSensor IR (für Polytron Fx IR)	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	
DrägerSensor IR (für Polytron 2 XP Ex)	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	
DrägerSensor IR (für Polytron 2 XP Ex CSA)	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	
DrägerSensor HF/ HCl-L	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	Diese Sensoren waren für den Einsatz im Polytron L, Polytron 1 und 2 vorgesehen
DrägerSensor Cl2-L	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	Diese Sensoren waren für den Einsatz im Polytron L, Polytron 1 und 2 vorgesehen

<sup>1,2,3</sup> Erläuterung von diesen Definitionen s. Seite 9

Produkt	Einstellung Vertrieb <sup>1</sup>	Einstellung Service <sup>2</sup>	Einstellung Ersatzteillieferung <sup>3</sup>	Nachfolgeprodukt
<b>Reinigungs- und Desinfektionsmittel</b>				
Incidin Alcohol Wipe (600 Stk.)	31.12.2022	nicht benötigt	nicht benötigt	Oxivir Excel Wipe (1.200 Stk.) / Suma Alco Wipes
Incidin Alcohol Wipe (300 Stk.)	31.12.2022	nicht benötigt	nicht benötigt	Oxivir Excel Wipe (1.200 Stk.) / Suma Alco Wipes
TURBO USONA Waschmittel-Konzentrat	31.12.2022	nicht benötigt	nicht benötigt	
TRIPLEX energy plus Waschkraftverstärker	31.12.2022	nicht benötigt	nicht benötigt	
Saprit protect plus Imprägniermittel-Konzentrat	31.12.2022	nicht benötigt	nicht benötigt	
ELTRA Desinfektions-Vollwaschmittel	31.12.2024	nicht benötigt	nicht benötigt	Produkt kann weiterhin über Fachhandel bezogen werden
<b>Sonstiges</b>				
Klarsichtmittel-Gel "klar-pilot"	30.06.2026	nicht benötigt	nicht benötigt	momentan nicht verfügbar
Klarsichtmittel-Fluid "klar-pilot"	30.06.2026	nicht benötigt	nicht benötigt	momentan nicht verfügbar
Klarsichtmittel-Spray "klar-pilot komfort"	30.06.2026	nicht benötigt	nicht benötigt	momentan nicht verfügbar
SafetyBag	31.12.2025	nicht benötigt	nicht benötigt	
<b>Software</b>				
X-dock Manager	31.12.2023	31.12.2026		Cloud-Software Gas Detection Connect
Die aktuelle Version steht jederzeit auf unserer Software-Seite zum Downloaden zur Verfügung: <a href="https://www.draeger.com/en_uk/Software-Download">https://www.draeger.com/en_uk/Software-Download</a>				

<sup>1,2,3</sup> Erläuterung von diesen Definitionen s. Seite 9

### Definitionserläuterung:

#### **<sup>1</sup>Einstellung Vertrieb bzw. End of Sales**

Der Status bezeichnet den Moment, ab dem die Produktion und der Verkauf eines Produktes eingestellt werden.

#### **<sup>2</sup>Einstellung Service bzw. End of Service**

Der Status bezeichnet den Moment, ab dem Reparaturen durch den Dräger Service nicht mehr sichergestellt sind. Ein etwaiger Restbestand an Ersatzteilen, die für Reparaturen benötigt werden, wird ab diesem Moment ersatzlos aufgebraucht.

#### **<sup>3</sup>Einstellung Ersatzteillieferung bzw. End of Life**

Der Status bezeichnet den Moment, ab dem die Versorgung mit Wartungsteilen und Verbrauchsgütern (z.B. Sensoren) für ein Produkt nicht mehr sichergestellt ist. Ein etwaiger Restbestand wird ersatzlos aufgebraucht und etwaige Software für das Produkt wird nicht mehr weiter gepflegt.