



EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity



Dokument Nr. / Document No. 11189129-01

Wir / we Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Gasmessgerät Typ MQG 02*0 (X-am 2800, X-am 5800)
*Gas Detection Instrument type MQG 02*0 (X-am 2800, X-am 5800)*

mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung / Expertise
is in conformity with the EU-Type Examination Certificate / Expertise

CSANe 22ATEX1020X

ausgestellt von der notifizierten
Stelle mit der Kenn-Nr.
*issued by the Notified Body
with Identification No.*

CSA Group Netherlands B.V.
Utrechtseweg 310, Building
B42
6812AR Arnhem, Netherlands
2813

und mit den folgenden Richtlinien unter Anwendung der aufgeführten Normen übereinstimmt
and is in compliance with the following directives by application of the listed standards

Bestimmungen der Richtlinie <i>provisions of directive</i>		Nummer sowie Ausgabedatum der Norm <i>Number and date of issue of standard</i>
2014/34/EU	ATEX-Richtlinie <i>ATEX Directive</i>	EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-11:2012
2014/53/EU	RED-Richtlinie <i>RE Directive</i>	EN 62479:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 300 328 V2.2.2, EN 62368-1:2014+AC :2015+A11 :2017, EN 50270:2015+AC:2016 susceptibility: type 2 emission: type 1
2011/65/EU 2015/863/EU	RoHS-Richtlinie <i>RoHS Directive</i>	EN IEC 63000:2018

Überwachung der Qualitäts-
sicherung Produktion
durch:
*Surveillance of Quality Assurance
Production by*

DEKRA Testing and
Certification GmbH
Handwerkstr. 15
D-70565 Stuttgart
0158

Lübeck, 2023-02-08

Ort und Datum (jjjj-mm-tt)
Place and date (yyyy-mm-dd)

Dr. Marcus Romba
Head of Product Compliance
Safety Products
Research & Development Safety Division