

Lieferschein

Kunden-Nr. 123456789	Vertrag 00123456789	Bezugs-Nr. A00123456	Abschlussdatum 11.11.2020
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Warenempfänger Max Mustermann Mustermannstraße 1 1234 Musterdorf	(00123456789)	Thema
--	---------------	--------------

Ihre Bestellung Bestellnummer: ABCD4567GH Kontakt: Max Mustermann	Auftraggeber (123456789) Max Mustermann Mustermannstraße 1 1234 Musterdorf
--	--

Ihr(e) Ansprechpartner(in) Kontaktdaten unseres Sachbearbeiters Telefonnummer E-Mail Adresse	Versandinformationen
--	-----------------------------

Anmerkungen

Seite 1 / 3

Pos.	Menge	Artikel-Nr.	Benennung	Gerätliste Nr.
010	4,00Stück	Material Nr. - 3051903	Grundüberholungsarbeiten PA LA	001, 002, 004, 005
020	5,00Stück	R18352	O-Ring (LA)	001, 002, 004-006
030	0,60Stunde	R004	Reparatur - Werkstatt	003, 006
040	2,00Stück	D17409	O-Ring 11x2,5	003, 006

Die Details zu Ihren Geräten entnehmen Sie bitte der angehängten Geräteliste. Alle angeführten Geräte wurden von Dräger Austria GmbH gewartet/inspiziert/repariert. Die Rückführbarkeit der Prüfwerte ist durch unsere Prüfmittelüberwachung gewährleistet.

Datum, Unterschrift Kunde

11.11.2020

Geräteliste

Beispiel

Kunden-Nr.
123456789

Kontrakt
00123456789

Bezugs-Nr.
A00123456

Abschlussdatum
11.11.2020

Seite 2 / 3

Nr.	Name	Serial Leistungsdatum	Inventarnummer Kostenstelle	Standort Standort 2
001	LUNGENAUTOMAT A STECKANSCHLUß	Material Nr. - ABCD-1114 11.11.2020	4	
		Jährliche Inspektion und Reparatur durchgeführt Filter getauscht O-Ringe getauscht Software Update		
001-1		Menge 1,00 Stück	Artikel-Nr. 3051903	Benennung Grundüberholungsarbeiten PA LA
001-2		1,00 Stück	R18352	O-Ring (LA)
002	PSS90 MIT BODYGUARD II	Material Nr. - ABCD-1111 11.11.2020	1	
		Jährliche Inspektion und REparatur durchgeführt Filter getauscht O-Ringe getauscht Software Update		
002-1		Menge 1,00 Stück	Artikel-Nr. 3051903	Benennung Grundüberholungsarbeiten PA LA
002-2		1,00 Stück	R18352	O-Ring (LA)
003	BODYGUARD II	Material Nr. - ABCD-1112 11.11.2020		
		Jährliche Inspektion und REparatur durchgeführt Filter getauscht O-Ringe getauscht Software Update Batterie getauscht		
003-1		Menge 0,30 Stunde	Artikel-Nr. R004	Benennung Reparatur - Werkstatt
003-2		1,00 Stück	D17409	O-Ring 11x2,5
004	LUNGENAUTOMAT A STECKANSCHLUß	Material Nr. - ABCD-1116 11.11.2020	6	
		Jährliche Inspektion und REparatur durchgeführt Filter getauscht O-Ringe getauscht Software Update		
004-1		Menge 1,00 Stück	Artikel-Nr. 3051903	Benennung Grundüberholungsarbeiten PA LA
004-2		1,00 Stück	R18352	O-Ring (LA)
005	PSS90 MIT BODYGUARD II	Material Nr. - ABCD-1113 11.11.2020	3	
		Jährliche Inspektion und REparatur durchgeführt Filter getauscht O-Ringe getauscht Software Update		
005-1		Menge 1,00 Stück	Artikel-Nr. 3051903	Benennung Grundüberholungsarbeiten PA LA
005-2		1,00 Stück	R18352	O-Ring (LA)
006	BODYGUARD II	Material Nr. ABCD-1115 11.11.2020		

Geräteliste

Kunden-Nr.
00123456789

Kontrakt
00123456789

Bezugs-Nr.
A00123456

Abschlussdatum
11.11.2020

Seite 3 / 3

Nr.	Name	Serial Leistungsdatum	Inventarnummer Kostenstelle	Standort Standort 2
		Jährliche Inspektion und Reparatur durchgeführt Filter getauscht O-Ringe getauscht Software Update Batterie getauscht		
006-1		Menge 0,30 Stunde	Artikel-Nr. R004	Benennung Reparatur - Werkstatt
006-2		1,00 Stück	D17409	O-Ring 11x2,5
006-3		1,00 Stück	R18352	O-Ring (LA)

Duplikat