

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Wir / We

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Germany

erklären, dass die Produkte / declare, that the products

Dräger PIR 7000 / Dräger PIR 7200

gemäß den Bestimmungen der / were tested according to the provisions of

EN 60 529

geprüft wurden und den Anforderungen für die Schutzart

and fulfill the requirements of the protection codes

IP 65

IP 66

IP 67

entsprechen.

Diese Konformitätserklärung schließt die Dräger PIR 7x00 „Komplettsets“ (mit Ex e Klemmenkasten / Ex d Junction Box) ein. /

This Declaration of Conformity includes all Dräger PIR 7x00 “complete sets” (with Ex e / Ex d junction box).

Der Schutz der Ausrüstung gegen Eindringen von Staub und Wasser ist dokumentiert in den vertraulichen Prüfberichten

The protection of the equipment against ingress of dust and water is recorded in the confidential reports

SE20590-01

SE23356-00

PTB 007/07a

PTB 007/07b



Niels Syassen

Director Research & Development

Gas Detection Sensors

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Lübeck, 28.02.2014