

## Moniteur Infinity® M540

Grâce à ce moniteur unique, vous prenez en charge la sécurité de votre patient tout au long des soins. Désormais équipé de fonctions autonomes, le moniteur Infinity M540 permet de passer sans transition du chevet au transport, avec une surveillance continue qui réduit le risque qu'un événement ne soit pas détecté, il assure une meilleure intégrité du dossier médical.



D-19713-2009

### UN MONITEUR UNIQUE POUR TOUTE LA PÉRIODE DE SOINS

Dräger a conçu M540 pour répondre au besoin d'un appareil de chevet capable de surveiller le patient tout au long du processus clinique, et ce avant, pendant et après les procédures. M540 se connecte au réseau Infinity afin de répondre au besoin toujours plus grand d'une surveillance continue au chevet et pendant le transport, et assure la continuité des enregistrements effectués tout au long du séjour du patient à l'hôpital.

M540 peut être utilisé seul ou en tant que moniteur de transport d'Infinity Acute Care System (IACS). Il surveille les paramètres cliniques requis pour s'adapter aux différents niveaux d'acuité du patient, sans nécessiter de reconfiguration.

Seul, M540 est la solution idéale pour le service de soins post-interventionnels (SSPI) ou le département des urgences, qui requièrent l'usage des paramètres ECG, SpO<sub>2</sub> et PNI. Grâce à différents accessoires de connexion MPod® et MCable®, le système est en mesure de s'adapter instantanément à tout changement du niveau d'acuité du patient.

### TRANSPORT RAPIDE ET SÉCURISÉ DU PATIENT

Infinity M540 intègre la technologie Dräger Pick and Go® pour un transport facile et rapide du patient. Vous pouvez retirer le moniteur M540 d'une seule main, il passe alors automatiquement du mode avec au mode sans fil, nul besoin de procéder à des changements de moniteurs ou de câbles. Étant donné que le M540 dispose d'un grand affichage bien visible, il n'est pas nécessaire d'utiliser un moniteur spécifique pour le transport.

Pendant le transport, la sécurité du patient est assurée par le monitoring complet des paramètres, les alarmes et l'enregistrement des événements. M540 transmet les données du patient au réseau Infinity – pour y accéder à partir de l'Infinity CentralStation et des dispositifs de visualisation à distance. La surveillance en temps réel est continue – à la fois au chevet et pendant le transport.



D-19701-2009

#### Station d'accueil Infinity® M500

Alimente le moniteur lorsqu'il est connecté, recharge la batterie interne en vue du transport



D-85283-2013

#### Infinity® M540

Un moniteur unique de l'admission à la sortie de l'hôpital

### LA STATION D'ACCUEIL M500 VOUS PERMET D'ENREGISTRER DES PROFILS

Une fonction intelligente active une puce-mémoire située à l'intérieur de la station d'accueil M500. Cela vous offre la possibilité de sauvegarder des paramètres spécifiques à une unité de soins particulière, à un patient particulier ou de conserver les paramètres d'origine du M540. Par exemple, une unité de soins continus (USC) peut souhaiter un affichage de l'électrocardiogramme en vert ou encore la désactivation d'une alarme spécifique, et les médecins n'ont alors pas besoin d'ajuster les paramètres chaque fois qu'un nouveau M540 est positionné sur une station M500.

### FONCTION RÉSEAU DE M500

Le logiciel M540 VG2.1 rend possible une communication directe de la station d'accueil M500 avec Infinity CentralStation, Symphony, Gateway et Innovian Web®.

### VOLUME DE TRANSPORT VARIABLE

La nouvelle fonction de volume de transport du M540\* permet aux différents services de configurer leurs propres préférences quant au volume de l'alarme, de 50 % à 100 % avec des incréments de 10 %. Un service des urgences peut par exemple avoir besoin d'un volume de transport plus fort qu'une unité de soins intensifs (USI) où les patients sont surveillés en continu sur une station centrale.

### COMPOSANT D'UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE À L'ÉCHELLE DE L'HÔPITAL

Un moniteur M540 unique peut accompagner le patient tout au long de son séjour et émettre des données en permanence. Selon l'état des patients et l'unité de soins dans laquelle ils se trouvent, le même M540 fonctionne, soit de manière autonome, soit en tant que composant de IACS.

Ainsi, un patient peut se trouver d'abord aux urgences avec un moniteur M540 fonctionnant de manière autonome, être ensuite transféré sur un IACS utilisant le même M540 dans l'USI ou l'USC, retourner en mode autonome pour l'induction, puis sur un IACS en salle d'opération, et enfin revenir au mode autonome en unité de soins post-interventions, ou salle de réveil. Il est ainsi possible de transporter le patient sans avoir à brancher/débrancher des câbles ni interrompre les enregistrements le concernant.

\* La fonction de volume de transport existe à partir de la version VG2.0.4.

### Écran orientable auto-flip à 180°

Vous permet de connecter le M540 de chaque côté du patient, à son chevet ou pendant le transport, tout en profitant d'une excellente vue sur les données



D-16741-2010

D-16742-2010

## MONITEUR INFINITY M540

### Petit et ergonomique


Poids léger, durable et fiable 920 g

### Grand écran, facile à lire

Pas besoin d'utiliser un moniteur de transport séparé

### Station d'accueil Infinity M500 Alimente et recharge le moniteur

Alimente le moniteur lorsqu'il est connecté, recharge la batterie interne en vue du transport



D-18701-2009

### Niveaux d'alarme configurables

Le volume de transport est réglé par défaut sur 50 %, de manière à ce que le volume de l'alarme soit fort uniquement lorsque c'est nécessaire

### Profils personnalisés

S'adapte aux paramètres de sa nouvelle unité de soins, si bien que les médecins n'ont pas besoin d'ajuster les paramètres chaque fois qu'ils positionnent un moniteur

### Transport sans fil

Se déconnecte au chevet du patient en appuyant sur un bouton. Pendant le transport, envoie automatiquement les données sans fil au réseau Infinity\*

\*en option

### Portatif

Accompagne le patient à travers l'hôpital et dans l'ambulance\*

\*Moniteur non agréé pour le transport en ambulance aux États-Unis et au Canada



### Résistant à l'eau

Résistant aux éclaboussures et submersible pour le protéger des fluides (test réalisé en plongeant le module dans 30 cm (11,8") d'eau pendant 10 minutes)

### Fonction réseau

- Permet au moniteur de communiquer directement avec Infinity CentralStation, Symphony, Gateway et Innovian Web
  - Envoie des informations en continu au réseau Infinity pour la prise en charge des messages et des alarmes et la visualisation à distance à partir d'autres moniteurs
- Permet aux médecins de générer des rapports directement à partir du M540 via Gateway/Infinity CentralStation

Infinity, Innovian et Pick and Go sont des marques déposées de Dräger.

#### SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

#### Fabricant :

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne

#### BELGIQUE

Dräger Belgium N.V.  
Heide 10  
1780 Wommel  
Tel +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 462 52 40  
[mtbe.info@draeger.com](mailto:mtbe.info@draeger.com)

#### CANADA

Draeger Medical Canada Inc.  
2425 Skymark Avenue, Unit 1  
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6  
Tel +1 905 212 6600  
Toll-free +1 866 343 2273  
Fax +1 905 212 6601  
[Canada.support@draeger.com](mailto:Canada.support@draeger.com)

#### FRANCE

Dräger Médical S.A.S.  
Parc de Haute Technologie  
d'Antony 2  
25, rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
Tel +33 1 46 11 56 00  
Fax +33 1 40 96 97 20  
[d1mfr-contact@draeger.com](mailto:d1mfr-contact@draeger.com)

#### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Branch Office, P.O. Box 505108  
Dubai, Emirats Arabes Unis  
Tel +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

#### SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Trouvez votre représentant  
commercial régional sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)



Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : IIb  
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH  
Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit. Date de réalisation : juin 2015