

## Sensores de SpO<sub>2</sub> Dräger Consumibles y accesorios

Sensores de SpO<sub>2</sub> reutilizables y desechables.



## Ventajas

---

### Sensores de SpO<sub>2</sub> Dräger

- Los sensores de SpO<sub>2</sub> Dräger son compatibles con los monitores de paciente Dräger Infinity®.
- Los sensores de SpO<sub>2</sub> Dräger han sido validados para su uso con todos los monitores de paciente Dräger Infinity.
- Los sensores de SpO<sub>2</sub> Dräger son compatibles con el sistema Nellcor® Oxisensor II.

## Especificaciones técnicas

Especificaciones LED, rojo 660 nm, 1,8 mW

Infrarrojo 905 nm, 2,0 mW

Precisión en la pulsioximetría (SpO<sub>2</sub>) en adultos o pacientes pediátricos: 70 – 100 % ±2 dígitos

Precisión en la pulsioximetría (SpO<sub>2</sub>) en neonatos: 70 –100 % ±3 dígitos

La precisión de la frecuencia de pulso depende del monitor empleado.

## Información para pedidos

Sensores Dräger	Referencia
Sensor de SpO <sub>2</sub> , adultos, reutilizable	MS 13 235
Sensor de SpO <sub>2</sub> , adultos, vinilo, desechable	MS 16 449
Sensor de SpO <sub>2</sub> , adultos, espuma, desechable	MS 16 445
Sensor de SpO <sub>2</sub> , niños, vinilo, desechable	MS 16 448
Sensor de SpO <sub>2</sub> , niños, espuma, desechable	MS 16 444
Sensor de SpO <sub>2</sub> , recién nacidos, tela, desechable	MS 16 447
Sensor de SpO <sub>2</sub> , neonatos, tela, desechable	MS 16 446
Cable adaptador	
Para conectar los sensores Dräger/Nellcor de SpO <sub>2</sub> a MultiMed 5/6, Pod MultiMed 12 y Pod NeoMed	
Cable de prolongación para SpO <sub>2</sub> de 1 m	33 68 433
Cable de prolongación para SpO <sub>2</sub> de 2 m	33 75 834
Para conectar los sensores Dräger/Nellcor de SpO <sub>2</sub> a MultiMed plus, Pods MultiMed plus OR y M300	
Cable para SpO <sub>2</sub> de 1,2 m	MS 18 683
Cable para SpO <sub>2</sub> de 3,0 m	MS 17 330

## Observaciones

### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Alemania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Alemania

Localice a su representante  
de ventas regional en:  
[www.draeger.com/contacto](http://www.draeger.com/contacto)



### SEDE REGIONAL

**PANAMÁ**  
Draeger Panamá S. de R.L.  
Business Park, Torre V, piso 10  
Av. De la Rotonda  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

### VENTAS INTERNACIONALES

**ARGENTINA**  
Drager Argentina S.A.  
Colectora Panamericana Este  
1717B, 1607BLF San Isidro,  
Buenos Aires, Argentina  
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321

### CHILE

Drager Chile Ltda.  
Av. Presidente Eduardo  
Frei Montalva 6001-68  
Complejo Empresarial El Cortijo,  
Conchalí, Santiago  
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

### COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.  
Calle 93B No.13-44 Piso 4  
Bogotá D.C.  
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

### ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.  
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid  
Tel +34 91 728 34 00  
Fax +34 91 358 36 19  
[clientesdraegermedical@draeger.com](mailto:clientesdraegermedical@draeger.com)

### MÉXICO

Dräger Medical México,  
S.A. de C.V., German Centre  
Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
Tel +52 55 52 61 43 37  
Fax +52 55 52 61 41 32

### PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.  
Calle 57B, Nuevo Paitilla,  
Dúplex 30 y 31, San Francisco  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

### PERÚ

Draeger Perú SAC  
Av. San Borja Sur 573-575  
Lima 41  
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

### PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.  
Avenida do Forte, 6–6A  
2790-072 Carnaxide  
Tel +351 21 155 45 86  
Fax +351 21 155 45 87  
[clientesportugal@draeger.com](mailto:clientesportugal@draeger.com)