

**Benzol 10-250 ppm 64 06280**

 Gebrauchsanweisung 7. Ausgabe *DEUTSCH*
**Anwendungsbereich**

 Bestimmung von Benzol in Luft.  
 Gebrauchsanweisung des Analyzers beachten.  
 Display des Analyzers zeigt: Benzol

**Messbereich:** 10 bis 250 ppm (20 °C, 50 % r.F.)

**Typische Messzeit:** ca. 40 Sekunden bei 250 ppm  
 ca. 60 Sekunden bei 100 ppm  
 ca. 275 Sekunden bei 10 ppm  
 ca. 150 Sekunden bei 0 ppm

**Temperatur:** 0 °C bis 40 °C

**Temperaturkorrektur:** 0 °C bis 19 °C: nicht erforderlich  
 21 °C bis 40 °C: +2,5 % / °C<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup> Prozent des Messwertes über den gesamten Messbereich.

**Feuchte:** 1 bis 30 mg/L  
 (entspr. 2 bis 60 % r.F. bei 40 °C)

**Feuchtekorrektur:** nicht erforderlich

**Druck:** 700 bis 1100 hPa

**Druckkorrektur:** nicht erforderlich

**Querempfindlichkeit:**

 Kein Einfluss von ≤ 50 ppm Toluol  
 (bei 10 ppm Benzol) ≤ 50 ppm Xylol  
 ≤ 1000 ppm n-Okтан

10 ppm Benzol + 200 ppm Toluol → Display des Analyzers zeigt ca. 13 ppm.

**Genauigkeit:** ± 15 % des Messwertes über den gesamten Messbereich, z.B.  
 ± 1,5 ppm bei 10 ppm  
 ± 37,7 ppm bei 250 ppm

**Präzision (Standardabweichung):** ± 18 %

**Voraussetzungen**

Das Dräger Chip-Messsystem besteht aus dem Analyzer und einem Chip. Dieser Chip darf nur in Verbindung mit dem Analyzer verwendet werden. Chip vor Verschmutzung (z.B. Staub, Wasser) schützen.

**Den Chip in der Original-Verpackung vor Licht geschützt verschlossen aufbewahren.**

Lagertemperatur 5 °C bis 25 °C. Verbrauchsdatum beachten. Gaskonzentrationen und Umgebungsbedingungen können sich schnell ändern, deshalb gilt der Messwert nur für Ort und Zeitpunkt der Messung.

**Weitere Hinweise**

Sicher vor Unbefugten lagern. Auf der Verpackung sind Bestellnummer, Seriennummer und Verbrauchsdatum angegeben. Bei Rückfragen die Seriennummer angeben. Benutzte Chips oder Chips mit überschrittener Verbrauchszeit können an Dräger Safety zurückgegeben werden.

**Messung mit Remote-System**

Gebrauchsanweisung Remote-System beachten. Vor jeder Messung Schlauch mit der zu messenden Luftprobe spülen. Spülzeit hängt von den Einsatzbedingungen ab und ist vom Anwender zu ermitteln (siehe Gebrauchsanweisung Remote-System).

**Beispiel:** Mit dem zum Lieferumfang des Remote-Systems gehörenden Verlängerungsschlauch (Länge: 3 m, Innendurchmesser: 1,5 mm, fabrikneu, trocken, sauber) wurde zur Messung von 100 ppm Benzol unter Laborbedingungen eine Spülzeit von ca. 1 Minute ermittelt.

**Technische Änderungen vorbehalten**
**Benzene 10-250 ppm 64 06280**

 Instructions for Use 7th Edition *ENGLISH*
**Application Conditions**

 Determination of benzene in air.  
 Observe the Instructions for Use of the Analyzer.  
 Display of Analyzer indicates: benzene

**Measuring Range:** 10 to 250 ppm (20 °C, 50 % r.h.)

**Measuring Time:** approx. 40 seconds at 250 ppm  
 approx. 60 seconds at 100 ppm  
 approx. 275 seconds at 10 ppm  
 approx. 150 seconds at 0 ppm

**Temperature:** 0 °C to 40 °C

**Correction of Temperature:** 0 °C to 19 °C: not necessary  
 21 °C to 40 °C: +2,5 % / °C<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup> Percent of measured value over the measurement range.

**Humidity:** 1 to 30 mg/L  
 (corresp. 2 to 60 % r.h. at 40 °C)

**Correction of Humidity:** not necessary

**Air Pressure:** 700 to 1100 hPa

**Correction of Air Pressure:** not necessary

**Cross Sensitivity:**  
 No influence by ≤ 50 ppm toluene  
 (at 10 ppm benzene) ≤ 50 ppm xylene  
 ≤ 1000 ppm n-octane

10 ppm benzene + 200 ppm toluene → Display of analyzer indicates approx. 13 ppm.

**Accuracy:** ± 15 % of the measured value over the measurement range, e.g.  
 ± 1.5 ppm at 10 ppm  
 ± 37.7 ppm at 250 ppm

**Reproducibility (Standard Deviation):** ± 18 %

**Requirements**

The Chip Measurement System consists of the Analyzer and a Chip. This Chip should be used only in conjunction with the Analyzer. Protect the Chip from soil (e.g. dust, water).

**Protect the Chip from light by storing in original package.**

Storage temperature 5 °C to 25 °C. Refer to expiration date. Gas concentrations and ambient conditions can vary quickly and so the measuring result is only valid at the time and place of measurement.

**Additional Information**

Keep out of reach of unauthorized persons. The package indicates order number, shelf life, storage temperature and serial number. State serial number for inquiries. For disposal observe local regulations. Return for recycling where applicable.

**Measurement with Remote System**

Please observe the Instructions for Use of the Remote System. Before each measurement, the extension hose must be flushed with the air sample to be measured. The flushing time depends on the specific conditions of the measurement and must be considered and determined by the user (see Remote System Instructions for Use).

**Example:** With the extension hose supplied with the Remote System (length: 3 m, inside diameter: 1.5 mm, new, dry, clean), and for a measurement of 100 ppm benzene in laboratory conditions, a flushing time of approx. 1 minute was determined.

**Technical data are subject to change.**
**Benzène 10-250 ppm 64 06280**

 Mode d'emploi 7ème Edition *FRANÇAIS*
**Domaine d'application**

 Détection de hydrocarbures d'essence dans l'air.  
 Respectez le mode d'emploi de l'analyseur.  
 L'afficheur de l'analyseur indique: benzene

**Domaine de mesure:** 10 à 250 ppm (20°C, 50 % HR)

**Durée de la mesure:** environ 40 secondes à 250 ppm  
 environ 60 secondes à 100 ppm  
 environ 275 secondes à 10 ppm  
 environ 150 secondes à 0 ppm

**Température:** 0 °C à 40 °C

**Correction de température:** 0 °C à 19 °C: inutile  
 21 °C à 40 °C: +2,5 % / °C<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup> Pour-cent sur l'ensemble du domaine de mesure.

**Humidité:** 1 à 30 mg/L  
 (correspond 2 à 60 % HR à 40 °C)

**Correction d'humidité:** inutile

**Pression atmosphérique:** 700 à 1100 hPa

**Correction de pression:** inutile

**Interférences:**

 Les concentrations ci après ≤ 50 ppm de toluène  
 ne perturbent pas la mesure ≤ 50 ppm de xylène  
 (à 10 ppm benzène) ≤ 1000 ppm de n-octane

10 ppm benzene + 200 ppm toluène → L'afficheur de l'analyseur indique environ 13 ppm.

**Fidélité:** ± 15 %, sur l'ensemble du domaine de mesure, par exemple:  
 ± 1,5 ppm à 10 ppm  
 ± 37,7 ppm à 250 ppm

**Ecart-type (Déviations standard):** ± 18 %

**Conditions d'utilisation**

Le système de mesure Dräger CMS est composé d'un analyseur et d'une plaquette de microtubes. Cette plaquette est à utiliser exclusivement avec l'analyseur. Protégez la plaquette de la saleté (poussières, eau, terre ...)

**Protégez la plaquette de la lumière en la conservant dans son emballage d'origine.**

Température de stockage: 5 à 25 °C. Observez la date de péremption. Les concentrations de gaz et les conditions atmosphériques ambiantes peuvent varier rapidement, pour cette raison le résultat de la mesure n'est valable que pour le lieu et le moment de la mesure.

**Informations complémentaires**

Conservez ce matériel à l'abri des personnes non habilitées. Sur l'emballage se trouvent: la référence du produit (code de commande), la date de péremption, la température de stockage et le numéro du lot de fabrication. Faites référence au numéro de lot en cas de demande de renseignements.

En France, envoyez les plaquettes usagées ou périmées à Draeger Industrie S.A., ou contactez votre correspondant habituel pour destruction.

**Mesurage avec le système de prélèvement à distance**

Respecter le mode d'emploi du système de prélèvement à distance. Avant chaque mesurage, purger le tuyau de prélèvement avec l'air à analyser. Le temps de purge dépend des conditions d'utilisation; il est à déterminer par l'utilisateur (consulter à cet effet le mode d'emploi du système de prélèvement à distance).

**Exemple:** Avec la sonde comprise dans le kit de prélèvement à distance (longueur: 3 m, diamètre intérieur: 1,5 mm, neuve, sèche et propre), et pour une mesure de 100 ppm de benzene en conditions de laboratoire, un temps de purge de 1 minute a été déterminé.

**Sous réserve de modifications.**
**Benceno 10-250 ppm 64 06280**

 Instruccionnes de uso 7ª Edición *ESPAÑOL*
**Campo de aplicación**

 Determinación de hidrocarburos de benceno en el aire.  
 Observe la instrucciones de uso del Analyzer.  
 Display del Analyzer indica: benceno

**Rango de medición:** 10 hasta 250 ppm  
 (20 °C, 50 % de humedad rel.)

**Duración de la medición:** 40 segundos aprox. en 250 ppm  
 60 segundos aprox. en 100 ppm  
 275 segundos aprox. en 10 ppm  
 150 segundos aprox. en 0 ppm

**Temperatura:** 0 °C hasta 40 °C

**Corrección de temperatura:** 0 °C hasta 19 °C: no necesario  
 21 °C hasta 40 °C: +2,5 % / °C<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup> Por cientos del valor de medición sobre el todo rango.

**Humedad:** 1 hasta 30 mg/L  
 (corresponde 2 hasta 60 % de humedad rel. a 40 °C)

**Corrección de humedad:** no necesario

**Presión del aire:** 700 hasta 1100 hPa

**Corrección de presión del aire:** no necesario

**Interferencias:**

 No afecta la medición ≤ 50 ppm de toluol  
 (en 10 ppm de benceno) ≤ 50 ppm de xilol  
 ≤ 1000 ppm de n-octano

10 ppm de benceno + 200 ppm de toluol → Display del Analyzer indica 13 ppm aprox.

**Exactitud:** ± 15 %, del valor de medición sobre el todo rango, p. ej.  
 ± 1,5 ppm en 10 ppm  
 ± 37,7 ppm en 250 ppm

**Precisión (Desviación estandar):** ± 18 %

**Condiciones**

El sistema de medición Dräger Chip consiste en la combinación de un Analyzer y un Chip. El Chip solo debe ser utilizado en combinación con el Analyzer. Proteja el Chip contra la suciedad (p.ej. polvo, agua).

**Proteja el Chip de la luz, guardándolo en el embalaje original.**  
 Temperatura de almacenaje: 5 °C hasta 25 °C. Observe la fecha de caducidad. La concentración del gas y las condiciones del medioambiente pueden cambiar rápidamente, por lo cual el valor de la medición solo es válido para el lugar y hora de la medición.

**Información adicional**

Debe evitarse el acceso de personas no autorizadas al lugar de almacenamiento. En la etiqueta del estuche están indicados: referencia, fecha de caducidad, temperatura de almacenamiento y n° de fabricación. En caso de consultas indíquennos el n° de fabricación. Eliminación de Chips usados o vencidos de acuerdo a leyes locales de eliminación de residuos.

**Mediciones con el sistema remoto**

Por favor, observe las instrucciones de uso del sistema remoto. Antes de cada medida, la sonda de extensión debe contener el aire a muestrear. El tiempo de llenado de la sonda depende de las condiciones específicas de medida y debe ser considerado y determinado por el usuario (mirar instrucciones de uso de la sonda de extensión).

**Ejemplo:** Con una sonda de extensión y el sistema remoto (3 m de largo, diametro interior: 1,5 mm, limpio y nuevo), y para una medida de 100 ppm de benceno en condiciones de laboratorio el tiempo de llenado es de 1 minuto.

**Reservado el derecho de modificación.**

**Benzeen 10-250 ppm 64 06280**

 Gebruiksaanwijzing 7e uitgave *NEDERLANDS*
**Toepassing**

 Bepaling van benzeen in lucht.  
 Gebruiksaanwijzing van de Analyzer in acht nemen.  
 De display van de Analyzer duidt aan: benzene

**Meetbereik:** 10 tot 250 ppm (20 °C, 50 % RV)

**Meettijd:** ca. 40 seconden bij 250 ppm  
 ca. 60 seconden bij 100 ppm  
 ca. 275 seconden bij 10 ppm  
 ca. 150 seconden bij 0 ppm

**Temperatuur:** 0 °C tot 40 °C

**Temperatuur-correctie:** 0 °C tot 19 °C: niet nodig  
 21 °C tot 40 °C: +2,5 % / °C<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup> procent van de gemeten waarde over het totale meetbereik.

**Vochtigheid:** 1 tot 30 mg/L  
 (komt overeen met 2 tot 60 % RV bij 40 °C)

**Correctie van de vochtigheid:** niet nodig

**Luchtdruk:** 700 tot 1100 hPa

**Correctie van de luchtdruk:** niet nodig

**Kruisgevoeligheid:**

 Geen invloed van ≤ 50 ppm toluen  
 (bij 10 ppm ≤ 50 ppm xyleen  
 benzeen) ≤ 1000 ppm n-octaan

10 ppm benzeen + 200 ppm toluen → Aanduiding op de display ca. 13 ppm.

**Nauwkeurigheid:** ± 15 % van de gemeten waarde over het totale meetbereik, bv.  
 ± 1,5 ppm bij 10 ppm  
 ± 37,7 ppm bij 250 ppm

**Reproduceerbaarheid** (standaardafwijking): ± 18 %

**Voorwaarden**

Het Dräger Chip-Meetsysteem bestaat uit de Analyzer en een chip. Deze chip dient uitsluitend samen met de Analyzer gebruikt worden. Bescherm de chip tegen vuil (bv. stof, water).

**Bescherm de chip tegen licht en bewaar deze in de originele verpakking.**

Opslagtemperatuur 5 tot 25 °C. Let op het uiterste gebruiksdatum. Gasconcentraties en omgevingscondities kunnen snel veranderen en aldus geldt de gemeten waarde slechts op de plaats en het tijdstip van de meting.

**Verdere informatie**

 Veilig opbergen (buiten bereik van onbevoegden).  
 Op de verpakking zijn het bestelnummer, het serienummer en de uiterste gebruiksdatum vermeld. Bij specifieke vragen/klachten dient u het serienummer op te geven.

**Meting met het Remote-System**

Gebruiksaanwijzing van het Remote-Systeem in acht nemen. Voor iedere meting de slang met het te meten luchtmonster spoelen. De spoeltijd is afhankelijk van de inzetcondities en dient door de gebruiker vastgesteld te worden (zie de gebruiksaanwijzing van het Remote-System).

**Voorbeeld:** Met de bij de leveringsomvang van het Remote-System behorende verlengslang (lengte 3 m, binnendiameter 1,5 mm, nieuw, droog, schoon) werd voor de meting van 100 ppm benzeen onder laboratoriumcondities een spoeltijd vastgesteld van ca. 1 minuut.

**Technische wijzigingen voorbehouden.**
**Benzen 10-250 ppm 64 06280**

 Brugsanvisning 7. udgave *DANSK*
**Anvendelse**

 Bestemmelse af benzen i luft.  
 Se brugsanvisningen til analysatoren.  
 Displayet på analysatoren viser: benzene

**Måleområde:** 10 til 250 ppm (20 °C, 50 % Fr)

**Typisk måletid:** ca. 40 sekunder ved 250 ppm  
 ca. 60 sekunder ved 100 ppm  
 ca. 275 sekunder ved 10 ppm  
 ca. 150 sekunder ved 0 ppm

**Temperatur:** 0 °C til 40 °C

**Temperatur-korrektion:** 0 °C til 19 °C: Ikke nødvendig  
 21 °C til 40 °C: +2,5 % / °C<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup> Procentdel af måleværdi over det samlede måleområde.

**Fugtighed:** 1 til 30 mg/L  
 (svarende til 2 til 60 % Fr ved 40 °C)

**Fugtighedskorrektion:** Ikke nødvendig

**Tryk:** 700 til 1100 hPa

**Trykkorrektion:** Ikke nødvendig

**Interfererende stoffer:**

 Ingen påvirkning fra ≤ 50 ppm toluen  
 (ved 10 ppm benzen) ≤ 50 ppm xylene  
 ≤ 1000 ppm n-octan

10 ppm benzen + 200 ppm toluen → Displayet på analysatoren viser ca. 13 ppm

**Nøjagtighed:** ± 15 % af måleværdien over det samlede måleområdet, f.eks.  
 ± 1,5 ppm ved 10 ppm  
 ± 37,7 ppm ved 250 ppm

**Præcision** (standardafvigelse): ± 18 %

**Fordsætninger**

Dräger Chip Måle System består af analysatoren og en chip. Denne chip må kun anvendes sammen med analysatoren. Chippen skal beskyttes mod snavs (f.eks. støv og vand).

**Beskyt chippen mod lys ved at opbevare den i originalemballagen.**

Lagringstemperatur 5 °C til 25 °C. Vær opmærksom på, at udløbsdatoen ikke overskrides.

Gaskoncentrationer og målebetingelser kan hurtigt ændre sig, derfor er den målte værdi en øjeblikskoncentration.

**Øvrige informationer**

Opbevares utilgængeligt for børn. Bestillingsnummer, serienummer og udløbsdato fremgår af emballagen. Angiv venligst serienummer ved henvendelse.

Brugte chips eller chips med overskreden udløbsdato afleveres til kommunal modtagestation for destruktion.

**Måling med remote-system**

Se brugsanvisningen til remote-systemet. Inden hver måling skylles slangen med den luftprøve, der skal måles. Skylletid afhænger af indsatsbetingelserne og fastlægges af brugeren (se brugsanvisningen til remote-systemet).

**Eksempel:** Med forlængerslangen (længde: 3 m, Ø: 1,5 mm fabriksny, tør, ren), der leveres sammen med remote-systemet, blev der til måling af 100 ppm Benzen ved laboratorieforsøg påvist en skylletid på ca. 1 minut.

**Forbehold for tekniske ændringer.**
**Bensen 10-250 ppm 64 06280**

 Bruksanvisning 7. utgave *NORSK*
**Anvendelsesområde**

 For bestemmelse av bensen i luft.  
 Gjør dem kjent med bruksanvisning for analysatoren.  
 Display i analysator viser: benzene

**Måleområde:** 10 til 250 ppm (20 °C, 50 % r.f.)

**Varighet:** ca. 40 sekunder ved 250 ppm  
 ca. 60 sekunder ved 100 ppm  
 ca. 275 sekunder ved 10 ppm  
 ca. 150 sekunder ved 0 ppm

**Temperaturområde:** 0 °C til 40 °C

**Temperatur korreksjon:** 0 °C til 19 °C: Ikke nødvendig  
 21 °C til 40 °C: +2,5 % / °C<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup> Prosent av målt verdi over hele måleområdet.

**Fuktighet:** 1 til 30 mg/L  
 (tilsvarer 2 til 60 % r.f. ved 40 °C)

**Korreksjon for fukt:** Ikke nødvendig

**Trykk:** 700 til 1100 hPa

**Korreksjon for trykk:** Ikke nødvendig

**Tverrfølsomhet:**

 Ingen endring ved ≤ 50 ppm toluen  
 (ved 10 ppm bensen) ≤ 50 ppm xylene  
 ≤ 1000 ppm n-octan

10 ppm bensen + 200 ppm toluen → Display i analysator viser ca. 13 ppm

**Nøyaktighet:** ± 15 % av målt verdi over hele måleområdet, f.eks.  
 ± 1,5 ppm ved 10 ppm  
 ± 37,7 ppm ved 250 ppm

**Reproduserbarhet** (standard avvik): ± 18 %

**Forutsetninger**

Dräger Chip Måle System består av en analysator og en chip. Denne chip skal kun benyttes sammen med analysatoren og bør beskyttes mot forurensning (f.eks. støv eller skittent vann).

**En chip beskyttes best mot lys dersom den oppbevares i originalemballagen.**

Lagringstemperatur er mellom 5 °C og 25 °C. Kontroller utgangsdata på pakningen. Gasskonsentrasjoner og de omgivende forhold kan variere så raskt at avlesningen kun skal gjelde for sted og tidspunkt der målingen ble foretatt.

**Ytterligere informasjoner**

Oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Pakningen har informasjon om varenummer, lagringstid og temperatur samt serienummer. Vennligst oppgi serienummer ved eventuelle henvendelser.

Ta hensyn til lokale bestemmelser. Brukte chip kan returneres Dräger Norge A/S i originalforpakning.

**Måling med ekstra pumpe**

Gjør dem kjent med bruksanvisningen for ekstra pumpe. Før hver måling skal slangen "spyles" med den luft som skal måles. Varighet av spylingen er avhengig av målingens øvrige betingelser og avgjøres/bestemmes av den som utfører selve målingen (se i Bruksanvisning for ekstra pumpe-system).

**Eksempel:** Med forlengingsslange tilkopleet det ekstra pumpe systemet (lengde 3 m, diameter 1,5 mm, nytt, tørt og rent) og måling av 100 ppm bensen under laboratorieforhold, vil en spyletiden være ca. 1 minut.

**Forbehold om tekniske endringer.**
**Benzene 10-250 ppm 64 06280**

 Istruzioni per l'Uso 7ª Edizione *ITALIANO*
**Condizioni di Applicazione**

Determinazione della presenza di benzene in aria. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso dell'Analizzatore. Il display dell'Analizzatore indica: benzene

**Campo di misura:** da 10 a 250 ppm  
 (20 °C, 50 % di umidità relativa)

**Durata della Misura:** 40 secondi circa a 250 ppm  
 60 secondi circa a 100 ppm  
 275 secondi circa a 10 ppm  
 150 secondi circa a 0 ppm

**Temperatura:** da 0 °C a 40 °C

**Correzione della Temperatura:** da 0 °C a 19 °C: non necessaria  
 da 21 °C a 40 °C: +2,5 % / °C

**Umidità:** da 1 a 30 mg/L  
 ( corrisp. da 2 a 60 % di umidità relativa a 40 °C)

**Correzione dell'Umidità:** non necessaria

**Pressione dell'Aria:** da 700 a 1100 hPa

**Correzione della Pressione dell'Aria:** non necessaria

**Sensibilità incrociate:**

 La lettura non viene modificata ≤ 50 ppm di toluene  
 da (a 10 ppm benzene) ≤ 50 ppm di xilolo  
 ≤ 1000 ppm di n-ottano

10 ppm di benzene + 200 ppm di toluene → Il display dell'Analizzatore indica 13 ppm circa

**Precisione:** ± 15 % del valore misurato rispetto al campo di misura, esempio:  
 ± 1,5 ppm a 10 ppm  
 ± 37,7 ppm a 250 ppm

**Riproducibilità** (Scostamento Standard): ± 18 %

**Requisiti**

Il sistema Dräger CMS (Chip Measurement System) è costituito da un Analizzatore e da un Chip. Quest'ultimo deve essere utilizzato esclusivamente in coppia con l'Analizzatore. Proteggere accuratamente il chip contro gli agenti esterni (es. polvere, acqua).

**Proteggere il chip dalla luce immagazzinandolo nella sua confezione originale.**

Temperatura di immagazzinamento 5 °C a 25 °C. Osservare la data di scadenza. La concentrazione di gas e le condizioni ambientali possono variare rapidamente, quindi il risultato della misura è valido esclusivamente per le condizioni presenti all'atto della misura.

**Informazioni aggiuntive**

Tenere i chip lontani dalla portata di personale non autorizzato. La confezione riporta le indicazioni del numero d'ordine, data di scadenza, temperatura di immagazzinamento e numero di serie. Nel caso venga richiesta qualsiasi delucidazione in merito, si prega di citare sempre il numero di serie delle confezioni in oggetto. Rispettare le disposizioni locali. Se previsto adottare le procedure di riciclaggio.

**Misure con Sistema Remoto,**

Osservare le istruzioni per l'uso del Remote-System. Prima di ogni misurazione risciacquare il tubo flessibile con il campione d'aria da misurare. Il tempo di risciacquo dipende dalle condizioni d'impiego e deve essere determinato dall'utente (vedi le istruzioni per l'uso del Remote-System). Esempio: con il tubo flessibile di prolunga che fa parte del volume di fornitura del Remote-System (lunghezza: 3 m, diametri interno 1,5 mm, nuovo di fabbrica, asciutto, pulito) per la misurazione di 100 ppm benzene in condizione di laboratorio è stato determinato un tempo di risciacquo di circa 1 minuto.

**I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.**