



ACHTUNG!
 Diese Kurzanleitung setzt die Kenntnis der Gebrauchsanweisung für Dräger-Röhrchen voraus, sie ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung für Dräger-Röhrchen!

Der Wärme-Akku Halter für Dräger-Röhrchen besteht aus dem Akku Halter und 2 Stück Wärme-Akku. Der Wärme-Akku Halter ist für Messungen mit einzelnen Dräger-Röhrchen und auch für Messungen mit den Dräger Simultantest-Sets geeignet. Beim Einsatz mit einzelnen Dräger-Röhrchen ist die mittlere Röhrchenaufnahme zu verwenden und die verbleibenden 4 Röhrchenaufnahmen sind mit Gummikappen, Bestellnummer CH 16631, zu verschließen. Die Gummikappen werden hierzu mit der geschlossenen Spitze in die Röhrchenaufnahmen gesteckt.

Anwendungsbereich

Der Wärme-Akku Halter für Dräger-Röhrchen dient für den Einsatz von Dräger-Röhrchen unterhalb der in den Gebrauchsanweisungen angegebenen Temperaturgrenzen. Alle Dräger-Röhrchen für Kurzzeitmessungen (Ausnahme: Dräger Analysenrohre) können so bis -20°C eingesetzt werden. Durch den Einsatz des Wärme-Akku Halters für Dräger-Röhrchen wird gewährleistet, dass die in den Gebrauchsanweisungen angegebenen Genauigkeiten für Dräger-Röhrchen auch bei extremen Bedingungen eingehalten werden.

- Vor jeder Messung Dichtetest der Dräger-Gasspürpumpe, accuro, mit einem ungeöffneten Dräger-Röhrchen durchführen.
- Klettverschluss an der Seite des Wärme-Akku Halters öffnen. Bei Bedarf die nicht benötigten Röhrchenaufnahmen mit Gummikappen verschließen.
- Einen Wärme-Akku starten (Starterstäbchen biegen, Reaktion nach ca. 2 bis 3 Sekunden, sichtbar durch Kristallisation der Flüssigkeit) und in den Wärme-Akku Halter einlegen.
- Beide Spitzen der(s) Dräger-Röhrchen(s) öffnen und in die Röhrchenaufnahmen einsetzen.
- Einen weiteren Wärme-Akku starten und auf die (das) eingesetzte(n) Dräger-Röhrchen legen.
- Kunststoffflasche am Klettverschluss schließen.
- Wärme-Akku Halter direkt in die Dräger Gaspürpumpe, accuro, einsetzen.
- Bei Verwendung eines Dräger Verlängerungsschlauches den Wärme-Akku Halter in die Röhrchenaufnahme des Verlängerungsschlauches einsetzen und mit Hilfe der Gummischlaufe des Verlängerungsschlauches den Wärme-Akku Halter am Nippel der Klappe fixieren.
- Messung durchführen, Anzahl der Pumpenhübe gemäß der Dräger-Röhrchen Gebrauchsanweisung.
- Klettverschluss des Wärme-Akku Halters öffnen, Dräger-Röhrchen entnehmen und auswerten.
- Für die nächste Messung bei Bedarf neue Wärme-Akkus verwenden. Die Wärmekapazität der Wärme-Akku beträgt je nach Außentemperatur bis zu 30 Minuten.
- Reaktivierung (Neuaufladung der Wärme-Akkus):
- 5 bis 10 Minuten aufkochen in Wasser oder Mikro-Welle, bis der Inhalt wieder flüssig ist. Nicht länger kochen bzw. in der Mikrowelle (1 bis 5 Minuten) belassen, da sonst der Wärme-Akku zerstört werden kann (platzen in der Mikrowelle). Wärme-Akku abkühlen lassen.
- Der Wärme-Akku kann einige 100 mal reaktiviert werden.

Weitere Informationen

Ersatz Wärme-Akkus: Bestellnummer 83 16 139



CAUTION!
 This short instruction sheet assumes knowledge of the instructions included in the Dräger-Tubes packing and does not replace those instructions!

The Hot-Pack Holder for Dräger-Tubes consists of a holder and 2 Hot-Packs. The Hot-Pack Holder is qualified for use with individual Dräger-Tubes and also with Dräger Simultantest-Sets. In applications involving individual Dräger-Tubes, the middle tube holder is to be used and the remaining 4 tube holders are to be sealed with rubber caps, order number CH 16631. The rubber caps would be stuck in the tube holder with the closed tops.

Area of application

The Hot-Pack Holder for Dräger-Tubes is used for application with Dräger-Tubes below the given temperature limits listed in the Instructions for Use. All of Dräger-Tubes for short-term measurement (Exception: Dräger Analysis Tubes) can be used from a temperature of -20°C and up. It is guaranteed that through the application of the Hot-Pack Holder for Dräger-Tubes, that the specifications given in the Instructions for Use also apply in extreme conditions.

- Before every measurement a leakage test is to be performed with Dräger accuro pump and an unopened Dräger-Tube.
- Open Velcro on the side of the Hot-Pack Holder. When needed, close the unused tube holder(s) with rubber caps.
- Start a Hot-Pack (Bend the start skewer, reaction takes place after ca. 2 to 3 seconds, visible through the crystallization of the liquid) and insert in the Hot-Pack Holder.
- Open both sides of the Dräger-Tube(s) and place in tube holder.
- Start another Hot-Pack and place on the remaining Dräger-Tube(s).
- Close plastic container on the Velcro.
- Insert the Hot-Pack Holder directly in the Dräger accuro pump.
- When used with an extension hose, the tube holders of the extension hose is placed on the Hot-Pack Holder and fixed onto the nipple of the latch with the rubber strap from the extension hose.
- Perform measurement, number of pumps is given in the appropriate Dräger-Tube Instructions for Use.
- Open the Velcro on the Hot-Pack Holder, take out and evaluate Dräger-Tubes.
- When needed, for the next measurement, use a new Hot-Pack. The thermal capacity of the pack averages 30 minutes in ambient temperatures.
- Reactivation (New charge of the Hot-Pack):
- boil for 5-10 minutes in water or microwave, until the contents are liquid. Do not boil longer or leave in the microwave for an extended time (1 to 5 minutes), or the Hot-Pack can be ruined for use (burst in the microwave). Let the thermal battery cool.
- The Hot-Pack can be reactivated several 100 times.

Additional Informations

Spare Hot-Pack: Order number 83 16 139



ATTENTION !
 Cette notice abrégée présuppose la connaissance de la notice d'utilisation des Dräger tubes réactifs, elle ne remplace pas la notice d'utilisation des tubes réactifs Dräger !

Le support chauffant pour tubes Dräger se compose du support et de 2 accus thermiques. Le support chauffant pour tubes est adapté pour les mesures avec les différents tubes réactifs Dräger et également pour les mesures avec les ensembles de tests simultanés Dräger. En cas d'utilisation avec les différents Dräger tubes réactifs, il convient d'utiliser le logement central, les 4 logements des tubes restants doivent être fermés avec des capuchons en caoutchouc, numéro de commande CH 16631. Les capuchons en caoutchouc sont enfoncés à cet effet avec la pointe fermée dans les logements des tubes.

Domaine d'application

Le support chauffant pour tubes Dräger sert à l'utilisation de tubes réactifs Dräger en dessous des limites de température indiquées dans les notices d'utilisation. Tous les tubes réactifs Dräger pour des mesures de courte durée (exception : tubes d'analyse Dräger) peuvent ainsi être utilisés jusqu'à -20°C. L'utilisation du support chauffant pour les tubes Dräger permet de garantir que les exactitudes indiquées dans les notices d'utilisation pour les tubes Dräger soient aussi respectées même dans des conditions extrêmes.

- Avant chaque mesure, effectuer un test de densité de la pompe de détection du gaz Dräger, accuro, avec un tube réactif Dräger non ouvert.
- Ouvrir la fermeture velcro sur le côté du support chauffant. Si nécessaire, fermer les logements des tubes non nécessaires avec des capuchons en caoutchouc.
- Activer un accu thermique (plier le petit bâton de démarrage, réaction au bout de 2 à 3 secondes environ, visible par la cristallisation du liquide) et l'insérer dans le support chauffant.
- Ouvrir les deux points du(des) tube(s) Dräger et le(s) insérer dans les logements.
- Activer un autre accu thermique et le poser sur le(s) tube(s) Dräger utilisé(s).
- Fermer le flacon en plastique via la fermeture velcro.
- Insérer le support chauffant directement dans la pompe de détection du gaz Dräger, accuro.
- En utilisant une rallonge Dräger, insérer le support chauffant dans le logement du tube de la rallonge et avec l'aide de la boucle en caoutchouc de la rallonge, fixer le support chauffant sur le raccord fileté du clapet.
- Effectuer la mesure, nombre des courses de la pompe en fonction de la notice d'utilisation du tube réactif Dräger.
- Ouvrir la fermeture velcro du support chauffant, retirer le tube Dräger et analyser.
- Pour la mesure suivante, utiliser si nécessaire de nouveaux accus thermiques. La capacité thermique des accus thermiques est de 30 minutes au maximum en fonction de la température extérieure.
- Réactivation (nouvelle charge des accus thermiques) :
- laisser bouillir 5 à 10 minutes dans l'eau ou le micro-ondes jusqu'à ce que le contenu soit de nouveau liquide. Ne pas laisser bouillir plus longtemps ou ne pas laisser plus longtemps dans le micro-ondes (1 à 5 minutes) pour ne pas détruire les accus thermiques (ils éclatent dans le micro-ondes). Laisser refroidir les accus thermiques.
- Les accus thermiques peuvent être réactivés 100 fois.

Informations complémentaires

Accus thermiques de rechange : n° de commande 83 16 139



¡ATENCIÓN!
 Estas instrucciones breves presuponen el conocimiento de las instrucciones de uso de los tubos Dräger y no las sustituyen.

El soporte acumulador de calor para tubos Dräger se compone de un soporte acumulador y dos acumuladores de calor. El soporte acumulador es adecuado para mediciones con tubos Dräger y también para mediciones con los sets de comprobación simultánea de Dräger. Al usar los tubos Dräger individuales debe utilizarse el soporte central y los otros cuatro soportes deben cerrarse con tapones de goma, número de pedido CH 16631. Los tapones de goma se introducen en los tubos con la punta cerrada.






Campo de aplicación

El soporte acumulador de calor para tubos Dräger es adecuado para usar con tubos Dräger por debajo de los límites de temperatura indicados en las instrucciones de uso. Todos los tubos Dräger para mediciones de tiempos cortos (excepción: tubos de análisis Dräger) pueden usarse hasta -20°C. Utilizando el soporte acumulador de calor para tubos Dräger se garantiza que las exactitudes para tubos Dräger indicadas en las instrucciones de uso también se cumplen en caso de condiciones extremas.

- Antes de cada medición realizar una prueba de estanquidad de la bomba de detección de gases Dräger, accuro, con un tubo Dräger sin abrir.
- Abrir el velcro en el lateral del soporte acumulador de calor. En caso necesario tapar los tubos que no se necesitan con tapas de goma.
- Iniciar una acumulación de calor (doblar la varilla de inicio, reacción tras aprox. 2 a 3 segundos, visibles por la cristalización del líquido) y colocar en el soporte acumulador de calor.
- Abrir ambas puntas del (de los) tubo(s) Dräger y colocar en los alojamientos para tubos.
- Iniciar otra acumulación de calor y colocar sobre el(los) tubo(s) usado(s) Dräger.
- Cerrar la botella de plástico en el velcro.
- Colocar el soporte acumulador directamente en la bomba de detección de gases Dräger, accuro.
- Si se usa un tubo de prolongación Dräger, colocar el soporte acumulador de calor en el alojamiento para tubos del tubo de prolongación y con ayuda del lazo de goma del tubo de prolongación fijar el soporte acumulador en la boquilla de la tapa.
- Realizar la medición, número de carreras de la bomba según las instrucciones de uso para tubos Dräger.
- Abrir el velcro del soporte acumulador de calor, extraer el tubo Dräger y evaluar.
- Para la siguiente medición utilizar acumulaciones de calor nuevas si es necesario. La capacidad calorífica de las acumulaciones de calor es según la temperatura exterior de hasta 30 minutos.
- Reactivación (recarga de la acumulación de calor):
- Hervir en agua o en el microondas de 5 a 10 minutos hasta que el contenido vuelva a ser líquido. No hervir durante más tiempo ni dejar en el microondas (1 a 5 minutos), en caso contrario puede destruirse la acumulación de calor (explotar en el microondas). Dejar enfriar el acumulador de calor.
- El acumulador de calor puede reactivarse unas 100 veces.

Informaciones adicionales

Acumuladores de calor de repuesto: Número de pedido 83 16 139





WAARSCHUWING!

Deze beknopte handleiding vereist kennis van de gebruiksaanwijzing voor Dräger Tube, zijn vervangt niet de gebruiksaanwijzing voor Dräger Tube

De warmte-accu houder voor Dräger Tube bestaat uit de accuhouder en 2 stuks warmte-accu's. De warmte-accu is bedoeld voor metingen met individuele Dräger-buisjes en is ook geschikt voor metingen met de Dräger Simultaantest-Sets. Bij gebruik met individuele Dräger Tube dient men de middelste buisjesopname te gebruiken en de resterende 4 buisjesopnames moeten worden gesloten met rubberen kapjes, bestelnr. CH 16631. De rubberen kapjes worden met de gesloten punt in de buisjesopname gestoken.

Toepassingsgebied

De warmteaccuhouder voor Dräger Tube dient voor de inzet van Dräger Tube bij temperaturen onder de in de gebruiksaanwijzingen vermelde temperatuurlimieten. Alle Dräger Tube voor kortdurende metingen (uitzondering: Dräger analysebuisjes) kunnen zo tot -20°C worden ingezet. Door gebruikmaking van de warmteaccuhouder wordt gegarandeerd dat de in de gebruiksaanwijzingen aangegeven nauwkeurigheden voor Dräger Tube ook onder extreme omstandigheden worden bereikt.

- Voor elke meting lekkagetest van de Dräger-gasdetectie pomp Accuro verrichten met een ongeopend Dräger-buisje.
- Klittenbandsluiting aan de zijkant van de warmteaccuhouder openen. Bij behoefte de niet benodigde buisjesvakken met rubberen kapjes afsluiten.
- Een warmteaccu starten (Starterstaafje buigen, reactie na ca. 2 tot 3 seconden, zichtbaar door kristallisatie van de vloeistof) en in de warmteaccuhouder leggen.
- Beide punten van de/het Dräger-buisje(s) openen in de de buisjesopname plaatsen.
- Een verdere warmteaccu starten en op de/het geplaatste Dräger-buisje(s) leggen.
- Kunststoffen bij de klittenband sluiten.
- Warmteaccuhouder direct in de Dräger gasdetectie pomp Accuro plaatsen.
- Bij gebruik van een Dräger verlengslang de warmteaccuhouder in de buisjesopname van de verlengslang plaatsen en met behulp van de rubberen slang van de verlengslang de warmteaccuhouder aan de nippel van de klep fixeren.
- Meting verrichten, aantal pompslagen volgens de gebruiksaanwijzing voor de Dräger Tube.
- Klittenbandsluiting van de warmteaccuhouder openen, Dräger-buisje uitnemen en analyseren.
- Voor de volgende meting zo nodig nieuwe warmteaccu's gebruiken. De warmtecapaciteit van de warmteaccu's bedraagt afhankelijk van de buitentemperatuur tot 30 minuten.
- Reactivering (nieuwe oplading van de warmteaccu's): Vijf tot 10 minuten verhitten in water of magnetron tot de inhoud weer vloeibaar is. Niet langer koken of in de magnetron (1 tot 5 minuten) laten, omdat anders de warmteaccu kapotgaat (ploft in de magnetron). Warmteaccu laten afkoelen.
- De warmteaccu kan enkele honderden keren worden gereactiveerd.

Verdere informatie

Vervangende warmteaccu's: bestelnummer 83 16 139



BEMÆRK!

Denne korte brugsanvisning forudsætter et kendskab til brugsanvisningen til Drägererr, den erstatter ikke brugsanvisningen til Drägererr!

Varmeakkumulatorholderen til Dräger-rør består af akkumulatorholderen og 2 varmeakkumulatører. Varmeakkumulatorholderen egner sig til måling med enkelte Dräger-rør samt til målinger med Dräger Simultaantest-set. Ved brugen af de enkelte Dräger-rør bruges den mellemste rørmodtagelse og de forblivende 4 rørmodtagelser forsegles med gummikapper, bestillingsnummer CH 16631. Gummikapperne kommes hertil i rørmodtagelserne med lukket sides.

Anvendelsesområde

Varmeakkumulatorholderen for Dräger-rør benyttes, når Dräger-rør bruges ved temperaturer, der ligger under de i brugsanvisningen angivne temperaturgrenser. Alle Dräger-rør for kortidsmålinger (undtagelse: Dräger analyserør) kan således bruges indtil -20°C. Gennem brugen af varmeakkumulatorholderen for Dräger-rør sikres det, at de i brugsanvisningerne anførte nøjagtigheder for Dräger-rør også overholdes ved ekstreme forhold.

- Inden hver måling gennemføres en tæthedstest af Dräger-gasspringspumpen, accuro, med et åbnet Dräger-rør.
- Velkrobandet på siden af varmeakkumulatøren åbnes. Om nødvendigt lukkes de rørmodtagelser, der ikke skal bruges med gummikapper.
- En varmeakkumulator startes (starterstavene bøjes, reaktion efter ca. 2 til 3 sekunder, synlig ved krystalisation af væsken) og lægges ind i varmeakkumulatorholderen.
- Begge spidser af Dräger-røret /rørene åbnes og sættes i rørmodtagelserne.
- En yderligere varmeakkumulator startes og lægges på det / de isatte Dräger-rør.
- Kunststofflasken lukkes på velkrobandet.
- Varmeakkumulatorholderen isættes direkte i Dräger-gasspringspumpen, accuro.
- Ved brug af en Dräger-forlængerslange isættes varmeakkumulatorholderen i rørmodtagelsen af forlængerslangen og fixeres ved hjælp af gummiløkken af forlængerslangen på klappens nippel.
- Målingen udføres, antallet af pumpeslag ifølge brugsanvisningen til Dräger-rør.
- Varmeakkumulatorholderens velkroband åbnes, Dräger-rør tages ud og analyseres.
- Om nødvendigt bruges der nye varmeakkumulatører til den næste måling. Varmeakkumulatørens varmekapacitet er alt efter den udvendige temperatur op til 30 minutter.
- Genaktivering (genoplading af varmeakkumulatørene): koges 5 til 10 minutter i vand eller mikrobølgeovn, indtil indholdet igen er flydende. Må ikke koges længere hhv. kommes i mikrobølgeovnen i længere tid (1 til 5 minutter), da varmeakkumulatørene eller kan blive ødelagt (springer i mikrobølgeovnen). Lad varmeakkumulatøren køle af.
- Varmeakkumulatøren kan genaktiveres op til flere 100 gange.

Yderligere informationer

Reservevarmeakkumulatører: bestillingsnummer 83 16 139



ATTENZIONE!

Le brevi indicazioni fornite di seguito presuppongono la conoscenza delle istruzioni per l'uso delle fiale Dräger e non sostituiscono le informazioni riportate in tali istruzioni!

Lo scaldafiale per fiale Dräger consiste in un involucro portapacchetti e 2 pacchetti riscaldanti. Questo strumento è indicato nelle misurazioni sia con le fiale Dräger che con i set Dräger di controllo istantaneo. Quando s'impiega questo dispositivo con le fiale Dräger, bisogna utilizzare il supporto centrale, mentre gli altri quattro supporti vanno chiusi con dei cappucci di gomma, codice d'ord. CH 16631, che i cappucci vanno inseriti nei supporti portafiale dalla parte della punta chiusa.

Campi d'impiego

Lo scaldafiale per fiale Dräger serve per potere impiegare le fiale Dräger a temperature più basse del limite indicato nelle istruzioni per l'uso.

Tutte le fiale Dräger per le misurazioni di breve durata (ad eccezione degli analizzatori Dräger) possono essere quindi impiegate in presenza di temperature che possono raggiungere i -20°C. Utilizzando questo scaldafiale, si garantisce che le caratteristiche di precisione delle fiale Dräger, indicate nelle rispettive istruzioni per l'uso, siano salvaguardate anche in condizioni d'impiego estreme.

- Prima di ogni misurazione eseguire un test di tenuta della pompa di rilevamento gas Dräger accuro con una Dräger Tube non aperta.
- Aprire il velcro disposto lateralmente sullo scaldafiale. Chiudere eventualmente i supporti portafiale non necessari con i cappucci di gomma.
- Mettere in funzione un pacchetto riscaldante (piegare le sbarrette di accensione, reazione dopo circa 2 - 3 secondi, visibilità grazie alla cristallizzazione del liquido) e inserirlo nello scaldafiale.
- Aprire entrambe le punte della/e fiale/e e inserirle negli appositi supporti portafiale.
- Mettere in funzione l'altro pacchetto riscaldante e sistemarlo sulla/e fiale/e Dräger impiegata/e.
- Chiudere con il velcro il contenitore di plastica.
- Inserire lo scaldafiale direttamente nella pompa di rilevamento gas Dräger accuro.
- In caso di utilizzo del flessibile di prolungamento Dräger, inserire lo scaldafiale nel supporto del prolungamento, fissandolo poi con l'apposito anello di gomma del prolungamento in corrispondenza del raccordo del coperchio.
- Eseguire la misurazione con il numero di pompatate indicato nelle istruzioni per l'uso della Dräger Tube.
- Aprire il velcro dello scaldafiale, dopodiché prelevare ed esaminare la Dräger Tube.
- Alla misurazione successiva utilizzare, se necessario, dei nuovi pacchetti riscaldanti. La cui capacità di calore arriva fino a 30 minuti, a seconda della temperatura esterna.
- Riattivazione (ricarica dei pacchetti riscaldanti): Riscaldare il pacchetto per 5 - 10 minuti in acqua o nel forno microonde, finché il contenuto non è di nuovo liquido. Non riscaldare il pacchetto più del dovuto e non lasciarlo nel forno microonde (1 - 5 minuti), altrimenti si può distruggere (può scoppiare nel microonde). Lasciare raffreddare il pacchetto riscaldante.
- Il pacchetto riscaldante può essere riattivato un centinaio di volte.

Informazioni aggiuntive

Pacchetti riscaldanti di ricambio: codice d'ordine 83 16 139



ВНИМАНИЕ!

Данная краткая памятка предполагает знание инструкций, включенных в упаковку индикаторных трубок Draeger, Draeger Tube!

Подогреватель индикаторных трубок Draeger состоит из держателя и двух нагревательных пакетов Hot-Pack. Подогреватель трубок предназначен для использования с отдельными индикаторными трубками Draeger, а также с совместными тест-комплектами Draeger. В приложениях, где применяются отдельные индикаторные трубки Draeger, используется средний держатель трубки, а остальные 4 держателя трубок закрываются резиновыми крышками, код заказа CH 16631. Резиновые крышки крепятся в держателе трубок закрытой торцевой частью подогревателя.

Область использования

Подогреватель индикаторных трубок Draeger используется в приложениях, где индикаторные трубки Draeger применяются при температурах ниже, указанных в Инструкции по применению.

Все индикаторные трубки Draeger для кратковременных измерений (исключение: аналитические трубки Draeger) могут использоваться при температурах выше -20 °C. Подогреватель индикаторных трубок Draeger позволяет применять трубки согласно спецификациям и при более низких температурах.

- Перед каждым измерением проверяйте герметичность насоса Draeger accuro, используя неоткрытые трубки Draeger.
- Откройте застёжку-липучку на боковой стороне подогревателя трубок. При необходимости закройте неиспользуемые держатели трубок резиновыми крышками.
- Активизируйте пакет Hot-Pack (согните активатор, реакция начинается через приблизительно 2 - 3 секунды, что видно по кристаллизации жидкости) и поместите пакет в держатель.
- Вскройте обе стороны индикаторных трубок Draeger и установите их в держатель трубок.
- Активизируйте другой пакет Hot-Pack и поместите на установленные трубки.
- Закройте пластмассовый контейнер застёжками на липучках.
- Вставьте подогреватель трубок непосредственно в насос Draeger accuro.
- При использовании с удлинительным шлангом подогреватель трубок устанавливается в гнездо на шланге; резиновой петля удлинительного шланга захватывает штифт на крышке подогревателя.
- Выполните измерение, число качков насоса указано в соответствующих Инструкциях по использованию индикаторных трубок Draeger.
- Откройте застёжку-липучку на подогревателе трубок, выньте и считайте индикаторные трубки Draeger.
- При необходимости, для следующего измерения используйте новый HotPack. Запас тепла в нагревателе позволяет, в среднем, работать 30 минут при температуре окружающей среды.
- Реактивация (повторное использование нагревательного пакета): кипятите 5-10 минут в воде или нагревайте в микроволновой печи, пока содержимое не расплавится. Не кипятите дольше, и не оставляйте дольше 1 - 5 минут в микроволновой печи, иначе нагревательный пакет может повредиться (взорваться в микроволновой печи). Дайте нагревательному пакету остыть.
- Hot-Pack можно реактивировать несколько сотен раз.

Дальнейшая информация

Запасной нагревательный пакет: Код заказа 83 16 139

