

DE - Sauerstoff 5%/C (81 03 261)**Dräger-Röhrchen®****⚠️ WARNUNG**

Röhrcheninhalt hat toxische/ätzende Eigenschaften, nicht verschlucken, Haut- oder Augenkontakt ausschließen. Vorsicht beim Öffnen, es können Glassplitter abspringen. Nicht im Ex-Bereich einsetzen - die Röhrchen erwärmen sich während der Messung bis zu 100 °C. Vor der Messung mit einem geeigneten Dräger Gasmessgerät die Umgebungsluft auf explosionsfähige Gase und Dämpfe prüfen.

1 Anwendungsbereich/Umgebungsbedingungen

Bestimmung von Sauerstoff in Luft und technischen Gasen.

Messbereich : 5 bis 23 Vol.%
 Hubzahl (n) : 1
 Dauer der Messung : ca. 1 Min.
 Standardabweichung : ± 10...15 %
 Farbumschlag : blau-schwarz → weiß
 Temperatur : 5 °C bis 50 °C

Feuchtigkeit: 0 bis 40 mg/L (entspr. 80 % r.F bei 40 °C)
 Korrekturfaktor: F = 1013/tatsächlicher Luftdruck (hPa)

2 Reaktionsprinzip

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow Ti^{IV}$ -Verbindung + HCl
 Adsorption der HCl an Kieselgel

3 Voraussetzungen**i HINWEIS**

Das Dräger-Röhrchen hat zwei Konzentrationsstufen. Die Skale mit der Bezeichnung „accuro“ ist nur bei Messungen mit den Dräger-Röhrchenpumpen *accuro* oder *Quantimeter 1000* abzulesen. Die Skale mit der Bezeichnung „X-act“ ist nur bei Messungen mit der Dräger-Röhrchenpumpe *X-act 5000* abzulesen.

Die Funktionsweise der Röhrchen und der Dräger-Röhrchen Pumpen sind aufeinander abgestimmt. Die Verwendung anderer Pumpen kann die ordnungsgemäße Funktion der Röhrchen gefährden.

Gebrauchsanweisung der Pumpe (Dichtetest!) beachten. Messwert gilt nur für Ort und Zeitpunkt der Messung.

4 Messung durchführen und auswerten**⚠️ WARNUNG**

Alle Spitzen des Röhrchens müssen abgebrochen sein, sonst ist eine Messung nicht möglich. Beim Einsetzen des Röhrchens muss der Pfeil zur Pumpe zeigen.

1. Beide Spitzen des Röhrchens im Dräger-Röhrchen-Öffner abbrechen.
2. Röhrchen dicht in die Pumpe einsetzen. Pfeil zeigt zur Pumpe.
3. Luft- oder Gasprobe durch das Röhrchen saugen.
4. Gesamte Länge der Verfärbung ablesen.
5. Wert mit dem Faktor F für die Luftdruckkorrektur multiplizieren.
6. Pumpe nach Gebrauch mit Luft spülen.

5 Quersensibilitäten

Keine Störung der Anzeige durch CO₂, CO, Lösemitteldämpfe, Halogenkohlenwasserstoffe und N₂O.

6 Weitere Informationen

Auf der Verpackungsbanderole befinden sich Bestellnummer, Verbrauchsdatum, Lagertemperatur und Seriennummer. Bei Rückfragen die Seriennummer angeben.

i HINWEIS

Nach Ablauf des Verbrauchsdatums Röhrchen nicht mehr verwenden. Röhrchen gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgen oder in der Verpackung zurückgeben. Sicher vor Unbefugten lagern.

EN - Oxygen 5%/C (81 03 261) Dräger-Tube®**⚠️ WARNUNG**

The tube content is toxic. Do not swallow. Avoid skin or eye contact. Caution when opening the tube, glass splinters may come off. Do not use the tubes in areas subject to explosion hazards - the tubes will heat up to 100 °C during measurement! Prior to the measurement, the ambient air should be tested for potentially explosive gases and vapours by means of a suitable gas detector.

1 Application range / Ambient conditions

Determination of oxygen in air and technical gases.

Measuring range : 5 to 23 Vol%
 Number of strokes (n) : 1
 Measuring time : approx. 1 min
 Standard deviation : ± 10 - 15 %
 Color change : blue-black → white
 Temperature : 5 °C (41 °F) to 50 °C (122 °F)
 Humidity: 0 to 40 mg/L (corresp. 80 % r.h. at 40 °C/104 °F)
 Correction factor: F = 1013 hPa (14.692 psi)/actual atmospheric pressure

2 Principle of reaction

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow Ti^{IV}$ compound + HCl
 Adsorption of HCl by silica gel

3 Requirements**i NOTICE**

The Dräger-Tube is equipped with two concentration scales. The scale with the description "accuro" has only to be used for measurements using the Dräger-Tube pumps *accuro* or *Quantimeter 1000*. The scale with the description "X-act" has only to be used for measurements using the Dräger-Tube pump *X-act 5000*.

The Dräger tubes and the Dräger tube pumps work in a coordinated manner. Proper functioning of the tubes may be impaired when used with other pumps.

Observe the Instructions for Use of the pump (Leak test)! The measured value is applicable only to the place and date of measurement.

4 Measurement and evaluation**⚠️ WARNUNG**

All tips must be broken off, otherwise measuring is impossible. When inserting the tube, the arrow must point towards the pump.

1. Break off both tips of the tube in the Dräger tube opener.
2. Insert the tube tightly in the pump. Arrow point towards the pump.
3. Suck air or gas sample through the tube.
4. Read the entire length of the discoloration.
5. Multiply the value by factor F for correction of the atmospheric pressure.
6. Flush the pump with air after operation.

5 Cross sensitivities

No influence on the reading by CO₂, CO, solvent vapours, halogenated hydrocarbons and N₂O.

6 Additional information

The package strip indicates order number, shelf life, storing temperature and serial number. State serial number for inquiries.

i NOTICE

Do not use tubes after the shelf life has expired. Dispose of tubes in accordance with the local directives or return in packaging. Keep out of reach of unauthorized persons.

FR - Oxygène 5%/C (81 03 261)**Dräger Tube réactif®****⚠️ AVERTISSEMENT**

Le contenu du tube réactif a des propriétés toxiques/irritantes. Ne pas avaler et éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Attention, lors de l'ouverture, des éclats de verre peuvent être projetés ! Ne pas utiliser dans une zone à risque d'explosion - les tubes s'échauffent lors de l'utilisation jusqu'à une température de 100 °C ! Avant la mesure, vérifier l'absence de gaz ou vapeurs explosifs dans l'air ambiant avec un appareil de mesure de gaz Dräger approprié.

1 Domaine d'utilisation / Conditions ambiantes

Détermination d'oxygène dans l'air et les gaz techniques.

Domaine de mesure : 5 à 23 % de vol.
 Nombre de course (n) : 1
 Durée de la mesure : env. 1 min.
 Ecart standard : ± 10...15 %
 Virage de la coloration : bleu-noire → blanc
 Température : 5 °C à 50 °C
 Humidité : 0 à 40 mg/L (correspond à 80 % d'humidité relative à 40 °C)
 Facteur de correction : F = 1013/presion d'air réelle (hPa)

2 Principe réactionnel

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow$ composé Ti^{IV} + HCl
 Adsorption de l'HCl par du gel de silice

3 Conditions**i NOTICE**

Le tube Dräger possède deux échelles de concentration. L'échelle portant la mention "accuro" ne sert que lors des mesures avec les pompes pour tubes Dräger ou le *Quantimeter 1000*. L'échelle portant la mention "X-act" ne sert que lors des mesures avec la pompe pour tube Dräger *X-act 5000*.

Le mode de fonctionnement des tubes et celui des pompes pour tubes Dräger sont adaptés l'un à l'autre. L'utilisation d'autres pompes peut altérer le fonctionnement correct des tubes réactifs. **Respecter le mode d'emploi de la pompe (test de densité !)**. La valeur de mesure n'est valable que pour le lieu et le moment de la mesure.

4 Analyse et évaluation du résultat**⚠️ AVERTISSEMENT**

Toutes les pointes des tubes réactifs doivent être cassées, sinon, une mesure est impossible. En insérant le tube réactif, la flèche doit être dirigée vers la pompe.

1. Casser les deux pointes du tube réactif dans le dispositif d'ouvertube des tubes.
2. Insérer fermement le tube dans la pompe, la flèche imprimée se dirigeant vers la pompe.
3. Aspirer l'échantillon d'air ou de gaz à travers le tube.
4. Evaluer la longueur totale de la coloration.
5. Multiplier la valeur obtenue par le facteur F de correction de pression atmosphérique.
6. Après utilisation, purger la pompe à l'air.

5 Sensibilités transversales

CO₂, CO, vapeurs de solvants, hydrocarbures halogénés et N₂O n'ont pas d'influence sur l'indication.

6 Informations complémentaires

Sur la bandelette d'emballage figurent : code de commande, date de péremption, température de stockage et de série. Indiquer ce dernier en cas de réclamations.

i NOTICE

Après dépassement de la date de péremption, ne plus utiliser les tubes réactifs. Eliminer les tubes réactifs selon les directives locales ou les restituer dans leur emballage. A stocker hors de portée des personnes non autorisées.

ES - Oxígeno 5%/C (81 03 261)**Tubo de control Dräger®****⚠️ ADVERTENCIA**

El contenido del tubo de control tiene propiedades tóxicas/corrosivas. No ingerir. Evitar el contacto con la piel o los ojos. Tenga cuidado al abrir, pueden saltar pequeños trozos de cristal. ¡No utilizar el tubo en ambientes explosivos - durante la medición, los tubos se calientan hasta 100 °C ! Antes de la medición, controlar el aire ambiente respecto a la existencia de gases y vapores explosivos utilizando un aparato de medición de gas Dräger adecuado.

1 Campo de aplicación/condiciones ambientales

Determinación del oxígeno en el aire y en gases industriales.

Margen de medición : 5 hasta 23 vol.%
 Número de carreras (n) : 1
 Duración de la medición : 1 min. aprox.
 Desviación e standard relativa : ± 10...15 %
 Virage de la coloración : azul negra → blanca
 Temperatura : 5 °C hasta 50 °C
 Humedad: 0 hasta 40 mg/L (corresponde a 80 % HR a 40 °C)
 Factor de corrección: F = 1013/presión de aire real (hPa)

2 Principio de reacción

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow$ compuesto Ti^{IV} + HCl
 Adsorción del HCl en gel de sílice

3 Condiciones**i NOTA**

El tubo Dräger tiene dos escalas de concentración. La escala con la denominación "accuro" sólo se lee en mediciones con las bombas de tubos Dräger *accuro* o *Quantimeter 1000*. La escala con la denominación "X-act" sólo se lee en mediciones con la bomba de tubos Dräger *X-act 5000*.

Los modos de funcionamiento de los tubos y las bombas para tubos Dräger están coordinados entre sí. La utilización de otras bombas puede poner en riesgo el funcionamiento correcto de los tubos de control. **Tener en cuenta el manual de instrucciones de la bomba (¡Prueba de estanqueidad!).** El valor medido es válido únicamente para el sitio y la hora en que se efectúa la medición.

4 Realización y evaluación de la medición**⚠️ ADVERTENCIA**

Todas las puntas de los tubos de control deben estar rotas porque sino no es posible realizar una medición. Al utilizar el tubo de control la flecha debe indicar hacia la bomba.

1. Romper ambas puntas del tubo en el abridor de tubos Dräger.
2. Insertar firmemente el tubo de control en la cabeza de la bomba. La flecha debe señalar hacia la bomba
3. Se aspira la prueba de aire o gas a través del tubo de control.
4. Leer la indicación de la longitud total de la coloración.
5. Multiplicar el valor por el factor F para corregir la presión del aire.
6. Después de la medición, la bomba se debe limpiar con aire.

5 Sensibilidad cruzada


El CO₂, el CO, los vapores de disolventes, los hidrocarburos halogenados y el N₂O no perturban la indicación.

6 Información adicional

En la etiqueta del estuche están indicados: referencia, fecha de caducidad, temperatura de almacenamiento y n° de fabricación. En caso de consultas, indiquenos el n° de fabricación.

i NOTA

Una vez superada la fecha de utilización, no utilizar más el tubo de control. Desechar los tubos de control según las directivas locales o devolverlos en su embalaje. Almacenar fuera del alcance de personas no autorizadas.

Dräger

NL - Zuurstof 5%/C (81 03 261) Dräger-Tube®

WAARSCHUWING



De inhoud van het buisje is toxisch en etsend, niet inslikken, contact met de huid en ogen vermijden. Voorzichtig bij het openen, er kunnen glassplinters losraken. Gebruik de meetbuisjes niet in gebieden met explosiegevaar - de buisjes warmen tijdens de meting op tot 100 °C! Controleer voorafgaand aan de meting de omgevingslucht met een geschikt gasmeter van Dräger op explosieve gassen en dampen.

1 Toepassingsgebied/omgevingsfactoren

Het meten van zuurstof in lucht en in technische gassen.

Meetbereik : 5 tot 23 vol.-%

Aantal pompslagen (n) : 1

Duur van de meting : ca. 1 min

Standaardafwijking : ± 10...15 %

Kleuromslag : blauw-zwart → wit

Temperatuur : 5 °C tot 50 °C

Vochtigheid: 0 tot 40 mg/L (komt overeen met rel.

luchtvochtigheid van 80% bij 40 °C)

Correctiefactor: F = 1013/effectieve luchtdruk (hPa)

2 Reactieprincipe

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow Ti^{VI}$ -verbinding + HCl

Adsorptie van HCl aan kieselgel

3 Voorwaarden

! AANWIJZING

Het Dräger-buisje heeft twee concentratieschalen. De schaal met de aanduiding "accuro" moet alleen bij metingen met de Dräger-buisjespomp accuro of Quantimeter 1000 worden afgelezen. De schaal met de aanduiding "X-act" moet alleen bij metingen met de Dräger-buisjespomp X-act 5000 worden afgelezen.

De werkwijze van de buisjes en van de Dräger buisjespomp zijn op elkaar afgestemd. Het gebruik van andere pompen kan de correcte werking van de buisjes in gevaar brengen.

Gebruiksaanwijzing van de pomp (lêktest!) lezen.

De gemeten waarde geldt slechts voor plaats en tijdstip van de meting.

4 Uitvoering van de meting en beoordeling van het meetresultaat

! WAARSCHUWING

Alle uiteinden van de buisjes moeten afgebroken zijn, anders is een meting niet mogelijk. Bij het plaatsen van het buisje moet de pijl naar de pomp wijzen.

1. Beide uiteinden van het buisje afbreken in de Dräger buisjesopener.
2. Meetbuisje stevig, met de pijl in de richting van de pomp wijzend, in de pompopening plaatsen.
3. Licht- of gasmonster door de combinatie van buisjes zuigen.
4. De totale lengte van de verkleuring aflezen.
5. Waarde met factor F vermenigvuldigen ter correctie van de luchtdruk.
6. Pomp na gebruik doorspoelen met schone lucht.

5 Specificiteit (kruisgevoeligheid)

CO₂, CO, oplosmiddeldampen, gehalogeneerde koolwaterstoffen en N₂O hebben geen invloed op de aanduiding.

6 Verdere informatie

Op de verpakkingbanderol worden het bestelnummer, de uiterste gebruiksdatum, de bewaar temperatuur en het serienummer aangegeven. Bij specifieke vragen/klachten dient u het serienummer op te geven.

! AANWIJZING

Na het verlopen van de gebruiksdatum buisjes niet meer gebruiken. Buisjes conform de plaatselijke richtlijnen afvoeren of in de verpakking retourneren. Veilig opslaan ter voorkoming van gebruik door onbevoegden.

DA - Oxygen 5%/C (81 03 261) Drägerør®

! ADVARSEL

Røret indhold har toksiske/ætsende egenskaber, må ikke indtages, undgå hud- eller øjenkontakt. Vær forsigtig ved åbning, der kan springe glassplinter af. Må ikke anvendes i Ex-område - prøverørerne vil under måling opvarmes til 100 °C! Før målingen skal den omgivende luft kontrolleres for eksplosionsfarlige gasser og dampe ved hjælp af et egnet Dräger gasmåleapparat.

1 Anvendelsesområde/omgivelsesbetingelser

Bestemmelse af oxygen i luft og tekniske gasser.

Måleområde : 5 til 23 vol.-%

Antal pumpe­slag (n) : 1

Måletid : ca. 1 min.

Standardafvigelse : ± 10...15 %

Farveændring : blåsort → hvid

Temperatur : 5 °C til 50 °C

Fugtighed: 0 til 40 mg/L (sv. til. til 80 % Fr ved 40 °C)

Korrekturfaktor: F = 1013/aktuelt lufttryk(hPa)

2 Reaktionsprincippet

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow Ti^{VI}$ -forbindelse + HCl

HCl adsorberes til silicagel

3 Forudsætninger

! BEMÆRK

Drägerørret har to skalaer for koncentrationen. Skalaen med betegnelsen "accuro" skal kun aflæses ved målinger med Drägerør-pumperne accuro eller Quantimeter 1000. Skalaen med betegnelsen "X-act" skal kun aflæses ved målinger med Drägerør-pumpen X-act 5000.

Røret og Dräger-ør-pumpernes funktion er afgestemt efter hinanden. Anvendelse af andre pumper kan bringe rørets korrekte funktion i fare.

Sø brugsanvisningen til pumpen (tæthedstest!).

Den aflæste værdi er en øjeblikskoncentration.

4 Måling og analyse

! ADVARSEL

Alle rørets spidser skal være knækkede, da en måling ellers ikke er mulig. Når røret sættes i, skal pilen pege mod pumpen.

1. Begge spidser knækkes af røret ved hjælp af rørbåneren.
2. Prøverøret sættes tæt ind i pumpen. Pilen skal pege mod pumpen.
3. Luft- eller gasprøven suges gennem prøverøret.
4. Den samlede længde af det farvede påvisningslag aflæses.
5. Værdien multipliceres med korrektionsfaktor F for lufttrykkets indflydelse.
6. Efter brug renses pumpen med luft ved at tage et par ekstra pumpe­slag.

5 Interfererende stoffer

Carbondioxid, Carbonmonoxid, opløsningsmiddeldampe, halogen-carbonhydrider og lattergas har ingen indflydelse på påvisningen.

6 Øvrige informationer

Bestillingsnummer, holdbarhedsdato, opbevaringstemperatur og serienummer fremgår af banderolen på emballagen. Angiv venligst serienummer ved henvendelse.

! BEMÆRK

Røret må ikke anvendes efter udløb af anvendelsesdatoen. Røret skal bortskaffes i henhold til nationale forskrifter eller returneres i emballagen. Skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

IT - Ossigeno 5%/C (81 03 261) Dräger Tube®

! AVVERTENZA

Il contenuto delle fiale ha proprietà tossiche e corrosive, non inghiottirle, evitare qualsiasi contatto con la pelle e gli occhi. Fare attenzione nell'aprire le fiale, potrebbero saltare dei frammenti di vetro. Non utilizzare queste fiale in aree soggette a rischio di esplosione. Durante la misura le fiale riscaldano fino a 100 °C! Prima di effettuare la misurazione, testare l'aria ambiente con un apparecchio di rilevamento gas Dräger adatto per verificare l'eventuale presenza di gas e vapori esplosivi.

1 Campi d'impiego/condizioni ambientali

Determinazione della presenza di ossigeno in aria e in gas tecnici.

Campo di misurazione : 5 - 23 % in vol.

Numero pompe (n) : 1

Durata della misurazione : ca. 1 min.

Variazione standard : ± 10...15 %

Viraggio di colore : blu-nero → bianco

Temperatura : 5 °C - 50 °C

Umidità: da 0 a 40 mg/L (corrip. a 80 % UR a 40 °C)

Fattore di correzione: F = 1013/pressione dell'aria effettiva (hPa)

2 Principio di reazione

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow Ti^{VI}$ -composto + HCl

Absorbimento di HCl con silica-gel

3 Requisiti

! NOTA

La fiala Dräger è provvista di due scale graduate per le concentrazioni. La scala denominata "accuro" va considerata solo nel caso di misurazioni effettuate con le pompe per fiale Dräger accuro o Quantimeter 1000, mentre quella denominata "X-act" va invece letta solo nel caso delle misurazioni eseguite con la pompa per fiale Dräger X-act 5000.

Il modo di funzionamento delle fiale e delle pompe per fiale Dräger ne consente l'utilizzo congiunto. L'impiego di altri tipi di pompe può compromettere il corretto funzionamento delle fiale. **Osservare le istruzioni d'uso della pompa (test di tenuta!).** Il valore di misurazione vale solo per il luogo ed il momento in cui è svolta la misurazione.

4 Esecuzione e valutazione della misurazione

! AVVERTENZA

Bisogna rompere tutte le punte delle fiale, altrimenti non è possibile effettuare una misurazione. Nel sistemare la fiala, la freccia deve essere rivolta verso la pompa.

1. Rompere entrambe le punte della fiala nell'aprilifiale Dräger.
2. Inserire la fiala saldamente nella pompa. La freccia deve puntare in direzione della pompa.
3. Aspirare il campione di gas o di aria attraverso la fiala doppia.
4. Leggere attentamente la lunghezza della zona colorata.
5. Per correggere l'influenza della pressione atmosferica, moltiplicare il valore rilevato per il fattore F.
6. Conclusa la misura, pulire opportunamente la pompa facendo fluire dell'aria pulita all'interno della stessa.

5 Effetti di sensibilità trasversale

La lettura non viene influenzata dalla presenza di CO₂, CO, vapori di solventi, idrocarburi alogenati e ossidi nitrosi.

6 Informazioni addizionali

Sulla fascetta della confezione sono riportati numero d'ordinazione, data di scadenza, temperatura di conservazione e numero di serie. In caso di consultazioni indicare il numero di serie.

! NOTA

Dopo la data di scadenza non utilizzare più la fiala. Smaltire le fiale attenendosi alle normative vigenti a livello locale oppure rispeditre indietro nella loro confezione. Conservare le fiale al sicuro fuori dalla portata di persone non autorizzate.

RU - Кислород 5%/C (81 03 261) Dräger Tube®

! ОСТОРОЖНО

Содержимое трубки токсично/агрессивно. Не принимайте внутрь, исключите контакт с кожей и глазами. Открывайте осторожно - возможно образование осколков стекла. Запрещается применять во взрывоопасных зонах! Во время измерения трубки нагреваются до 100 °C! Перед измерением проверьте наличие взрывоопасных газов и паров в окружающей атмосфере соответствующим газоанализатором Dräger.

1 Область использования/условия окружающей среды

Определение содержания кислорода в воздухе и технических газах.

Диапазон измерений : 5 - 23 об.-%

Число качков (n) : 1

Время измерения : ок. 1 мин

Стандартное отклонение : ± 10 - 15%

Изменение цвета : черно-синий → белый

Температура : 5 °C - 50 °C

Влажность: от 0 до 40 мг/л (соотв. 80% отн. вл. при 40 °C)

Поправочный коэффициент: F = 1013/фактическое давление воздуха (гПа)

2 Принцип реакции

$O_2 + TiCl_3 \rightarrow Ti^{VI}$ -компаунд + HCl

Адсорбция HCl на силикагеле

3 Условия проведения анализов

! УКАЗАНИЕ

В газоизмерительных трубках Dräger имеются две шкалы для определения концентрации. Показания шкалы с обозначением "accuro" следует использовать только при работе с насосом для газоизмерительных трубок Dräger accuro или Quantimeter 1000. Показания шкалы с обозначением "X-act" следует использовать только при работе с насосом для газоизмерительных трубок Dräger X-act 5000.

Принципы действия индикаторных трубок и насосов Dräger для трубок взаимно согласованы. Использование других насосов может повредить надлежащему функционированию индикаторных трубок.

Соблюдать инструкцию по эксплуатации насоса (испытание на герметичность!).

Полученные результаты действительны только в месте и в момент измерения.

4 Проведение измерений и оценка результатов

! ОСТОРОЖНО

Все концы индикаторных трубок следует обломать, иначе измерение провести невозможно. При использовании индикаторной трубки стрелка должна быть направлена в сторону насоса.

1. Обломать оба конца трубки в открывателе Dräger.
2. Плотно вставить трубку в насос. Стрелка должна указывать на насос.
3. Прокачайте через конструкцию пробу газа или воздуха.
4. Посмотрите длину изменившего цвет столбика реагента.
5. Умножьте показание трубочки на коэффициент F для конденсации атмосферного давления.
6. После использования ополосните насос воздухом.

5 Перекрестная чувствительность

Моноксид углерода, диоксид углерода, пары растворителей, галогено-углеводороды и веселящий газ влияния на индикацию не оказывают.

6 Дополнительная информация

На бандероль упаковки нанесены номер заказа, срок годности, температура хранения и серийный номер. При запросах указывайте серийный номер.

! УКАЗАНИЕ

После истечения срока годности трубку больше не использовать. Утилизацию индикаторных трубок производить в соответствии с местными нормативными документами или возвращать их в упаковку. Хранить в месте, недоступном для посторонних.

Dräger

